

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2023/9
KONU : Hizmet alımı İhk.

19.01.2023

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Hizmet alımı işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 23.01.2023 tarih saat 10:00'a kadar (04725513307 numaralı belgegeçere. tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden) belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet SAĞLAM
Başkan

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	TAM KAN SAYIMI (HEMOGRAM) HİZMET ALIMI	Adet	2000		

İdarenize doğrudan temin usulü ile 23.01.2023 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Hizmet Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabultünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.

2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten itibaren 30(Otuz) takvim günü geçerlidir.

3- 4734 Sayılı Kanununun 22 d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

4- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.

5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenize yapılacak yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Adı Soyadı : Fecret Unvanı
Kaşe ve İmza⁽²⁾

TEKNİK ŞARTNAME

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR
1	Tam Kan Sayımı (Hemogram)	ADET	2000

HEMOGRAM MALZEMELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Mevcut konumdaki cihaz Mindray BC-30 S hemogram cihazıdır.
- 2- Kullanılacak hemogram tüpleri, Diluentler ve Lyse'ler Mindray BC-30 S hemogram cihazına uyumlu olmalıdır.
- 3- Her 700 test için 1 adet Diluent ve her 1750 test için 1 adet Lyse ihtiyacı bulunduğundan toplam da en az 5 adet Diluent ile 2 adet Lyse'ningönderim talepedilecektir.
- 4- Hemogram tüplerinde %15'e yakın tıre verme işlem gerçekleştirilebileceğinden toplamda 2500 adet hemogram tüpü gönderilecektir.



Ahmet ENJER
Tıbbi Sekreter

