

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2023/10
KONU : Hizmet alımı İlk.

19.01.2023

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Hizmet alımı işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 23.01.2023 tarih saat 10:00'a kadar tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden) belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet SAĞLAM
BAŞHEKİM

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	EKG Kağıt Alımı	Adet	100		

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 23.01.2023 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Hizmet Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

- 1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.
- 2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten itibaren 30(Otuz) takvim günü geçerlidir.
- 3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 4- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
- 5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Adı Soyadı : Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza¹²⁾

EKG KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- EKG KAĞIDI **CARDIOLİNE ECG 100+** CİHAZI İLE BİRE BİR UYUMLU OLMALIDIR.(150X100)
- 200 YAPRAK VE "Z" KATLI OLMALIDIR.
- EKG KAĞIDI CİHAZDA SIKIŞMAMALI CE YAZICIYA TOZ BIRAKMAMALIDIR.
- TERMAL ÖZELLİKTE OLMALI VE ÇEKİMDE GRAFİKLER NET VE BELİRGİN BİR ŞEKLİNDE ÇIKMALIDIR.
- KAĞITTA MİLİMETRİK KARELER BULUNMALIDIR.
- RAF ÖMRÜ TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 2 YIL OLMALIDIR.
- EKG KAĞIDI BİR KARTON İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMELİ VE KARTON ÜSTÜNDE EKG KAĞIDININ ÖLÇÜLERİ VE MARKASI BULUNMALIDIR.
- HER BİR KAĞIT DESTESİ JELATİN İLE KAPLI OLMALI NEME KARŞI KORUMALI OLMALIDIR.
- KAĞIT ÜRETİM HATALARINA KARŞI FİRMA GARANTİSİ ALTINDA OLMALIDIR.
- EKG KAĞIDI NUMUNESİ DENENDİKTEN SONRA KARAR VERİLECEKTİR.



Serap AYDEMİR
Kalite Direktörü

