

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

20.01.2023

Sayı: 63

Konu: YÜKSEK AKIŞLI NAZAL OKSİJEN KANÜLÜ (YETİŞKİN) ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.01.2023 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	NAZAL YÜKSEK AKIŞ KANÜLÜ YETİŞKİN (S,M,L)			36	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

NAZAL YÜKSEK AKIŞ ARAYÜZÜ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Nazal yüksek akış arayüzü nazal yüksek akış cihazının ürettiği nemlendirilmiş oksijen akışını iletmek için tasarlanmış olmalıdır.
2. Rahat ve düzgün bir şekilde oturabilmesi için konkav tabanlı, yumuşak konturlu yüzeye sahip olmalıdır.
3. Arayüzler su yoğunlaşmasının önlenmesi için seçici geçirgen membran yapıya sahip hortum ara bağlantısına haiz olmalıdır ve bu ara bağlantı kısmında geçirgen membran vasıtası ile su buharının difüzyonu sağlanmalıdır. Bu özellik ürün broşürleri üzerinde açıkça belirtilmelidir.
4. Arayüzler istenilen miktarlarda yetişkin hastalar için S, M ve L olarak üç ayrı boyda ve anlık algı yönetimi için üç ayrı renk kodunda verilebilmelidir .
5. Yetişkin arayüzlerde baskı noktaları, izleri ve tahrişleri önlemek için geniş yüzeyli yumuşak silikon yanak yastıkları olmalıdır.
6. Yetişkin arayüzler 10 Litre/dakika ile 60 Litre/dakika aralığında akış verebilmelidir. Bu orijinal katalog üzerinde gösterilebilmelidir.
7. Arayüzler hem esnek baş kayışı ile hemde klipsli sistem ile sabitlenmeli bu sayede hastanın hareketlerinden dolayı burundan çıkmamalıdır.
8. Arayüzlerin hastaya bağlantısı sadece ayarlanabilir baş kayışı ile olmalı harici olarak boyun ipine ihtiyaç duymamalıdır.
9. Baş kayışı yumuşak, boru yapılı tekstilden imal edilmiş olmalıdır.
10. Baş kayışı akıllı esnek teknolojiye sahip olmalıdır. Baş üzerinde ayarı yapıldıktan sonra hastayı rahatsız etmemeli ayar bozulmadan hastadan çıkarılabilmelidir.
11. Arayüzler, invaziv ve noninvaziv yetişkin ısıtıcı nemlendiricili devreleriyle uyumlu olmalıdır. Bu sayede yüksek akış modu bulunan ventilatörler ile de kullanılabilirliği olmalıdır.
12. Arayüzlerin ambalajlarında ubb, üretim tarihi, CE belgesi yer almalıdır.
13. Ürünün 14 gün kullanılabilir olduğu kılavuzunda açıkça belirtilmelidir.
14. Alınacak arayüz ve kit klinikteki cihazlarla da uyumlu orijinal ürün olmalıdır. Arayüz ve kitlerin bağlantısı için araya takılabilecek konnektörler akışı ve hasta güvenliğini etkileyeceği için kabul edilmeyecektir.
15. Teklif veren firmalar ürünlerle uyumlu nazal yüksek akış cihazlarının filtre bakımlarını yapacaktır.
16. Arayüzler istenilen miktarlarda yetişkin hastalar için tüm boylarda



Uzm. Dr. Seda SEVEN
Yoğun Bakım Uzmanı
Uzm. Tes. No. 147908
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

17. Yetişkin hastalada L boydan 20 Adet, M boydan 16 adet olmalıdır.

Dr. Seda Sarı
S. Sarı
S. Sarı

Dr. Seda Sarı
Uzm. Dr. Seda SEVEN
Yoğun Bakım Uzmanı
Uzm. Tes. No. 147908
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi