

NARKOTİK İLAÇ DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Dolap iki kapaklı olmalıdır. Kapaklardan biri yeşil diğeri kırmızı renkte olmalıdır.
- Dolabın her iki kapağının hava panjurları mevcut olmalıdır.
- Dolabın her iki kapağında kilit mekanizması mevcut olmalıdır.
- Ana gövde sağlam saçtan yapılmış olmalıdır.
- Dolap dikine önde görünen bir dikme ile ikiye bölünmüş olmalıdır.
- Narkotik ilaç dolaplarının (+/-) 5 toleranlarında olmalıdır.
- Yükseklik 50 cm boy 60 cm Derinlik 20 cm boyutlarında olmalıdır.

Atilla DİNLER
Teknik Destek Birim Sorumlusu
Stok: K72579



Sercan KÖÇERİ
Ağrı 112 İl Ambulans Servisi
Teknik Destek Birimi




Harun POLAT
Ağrı 112 İl Ambulans Servisi
Teknik Destek Birimi



Uygundur. 03/02/2023

Ali Doğan CESUR
Ağrı İl Ambulans Servisi
Başhekim
Diy. Tes. No: 232569



SET ÜSTÜ OCAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Set üstü ocak gazla çalışacak
- Ocak 4 (Dört)gözlü olacak

Atilla DİNLER
Teknik Destek Birim Sorumlusu
Sİİİ: K72579



Sercan KÖÇERİ
Ağrı 112 İl Ambulans Servisi
Teknik Destek Birimi



Harun POLAT
Ağrı 112 İl Ambulans Servisi
Teknik Destek Birimi



Uygundur. 03/10/2023

Ali Doğan CESUR
Ağrı İl Ambulans Servisi
Başhekim
Dip. Tas. No: 232560

