



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DH İDARİ VE MALİ  
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE  
MALİ İŞLER BİRLİĞİ

21.02.2023 15:30:37 E-68917221-949-209791745



Sayı : E-68917221-949-209791745  
Konu : Teklife Davet

21.02.2023

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM BİRİMİ İÇİN 1 KALEM MALZEME (10 ADET TRANSPORT VENTİLATÖR SETİ) ALIM İŞİ 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 01.03.2023 tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.**

BÜLENT ÖZCAN  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	TRANSPORT VENTİLATÖR SETİ	ADET	10		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

OLUR  
Uzm. Dr. Demet ÖKKE  
Başhekim

NOTLAR

1. Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın Alma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
4. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
5. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
6. Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
7. Alım konusu cihaz isc eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
9. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
10. Teknik Şartname ektedir.
11. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47-215 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 2C58B444-C97D-4D3C-B76A-27BDA7B65317

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km  
Doğubayazıt / AĞRI 04400  
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447  
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>  
Kep Adresi:

Bilgi için: Dursun DİNLER  
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşlt.

Telefon No: 04723126047 - 215





## DISPOSABLE TRANSPORT VENTİLATÖR SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Hasta devresi bölümde kullanılan Bio-Med marka MVP-10 model transport ventilatöre uygun olmalıdır.
- 2- Hasta solunum seti hastanemizin Yenidoğan ünitesinde mevcut olan infant tipi ventilatörlerde kullanılmak üzere yapılmış olmalıdır.
- 3- Hasta solunum seti yenidoğanlara uygun basınç kontrollü IMV, CPAP modunda çalışan ventilatörde kullanıma uygun olmalıdır.
- 4- Hasta solunum seti 500 gram ağırlığındaki prematüre bebeğin dahi ventilasyonuna olanak sağlamalıdır.
- 5- Hasta solunum seti;
  - a) Inspiratory supply line
  - b) Expiratory supply line
  - c) Exhalation valve supply line
  - d) Proximal airway pressure line
  - e) Exhalation valveolmak üzere beş parçadan oluşmalıdır.
- 6- Proximal airway line basınç sensörü olarak kullanılmalıdır. Ventilatör bu işlem için ayrı bir cihaza gerek duymamalıdır.
- 7- Set tek kullanımlık ve şeffaf olmalıdır.
- 8- Exhalation valve hasta solunum devresinin üzerinde yer almalıdır.

İlhan Demir

Nurcan KANDEMİR  
HASTANE

Uzm Dr. Gözde BİNARCIK  
Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt  
Cevle Hastanesi  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
Diyadin No:165432