



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DAİRİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
29/03/2023 14:47:06 E-96472700-949-210285047



AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ İZLEN GİREN

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı için mal/hizmet alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 03.03.2023 Saat: 10:00'a kadar vedit olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	KDV Hariç Teklif	
				Fiyat	Tutar
1	Meditasyon Sandalyesi	5	Adet		
2	Plates Topu	15	Adet		
3	Bebek Battaniyesi	1	Adet		
4	Boy Ölçer (Baskül)	1	Adet		
5	Plates Minderi	15	Adet		
6	Plasenta Modeli	1	Adet		
7	Uterus Vajina Kesinti Maketi	1	Adet		
8	Bebek Banyo Seti	1	Adet		
9	Yer Minderi	15	Adet		
10	Plates Lastiği	10	Adet		
11	Tenis Topu	10	Adet		
12	Ligamentli Kadın Pelvis Modeli	1	Adet		
13	Meme Anatomisi Maketi	1	Adet		
14	Yenidoğan Bebek Bakım Maketi	1	Adet		
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi satinalmaeleskirtdh@gmail.com				Teklif Eden/...../2023 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Ek: Teknik Şartname

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemesi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

MEDİTASYON SANDALYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Meditasyon oturuşuna destekleyici olmalıdır
- 2- Sırtı tam destekli olmalıdır
- 3- Oturma yeri minderli olmalıdır
- 4- Vücut postürüne uygun olmalıdır
- 5- Rengi mor olmalıdır
- 6- 5 adet olmalıdır

Gönül BÖRAN
EHE

Feyzanur KARAKAS
EHE

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Dr. Yavuz Burak GÖK
Ashekim

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Erkan KAHRAMAN
Acil Servis ve Personel
Birim Sorumlusu

PLATES TOPU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 55CM çapında
- 2- 110 kiloya kadar taşıma dayanıklılığı
- 3- 24 ay garanti süresi bulunkalıdır
- 4- Paket içerisinde el pompası olmalı. Bu pompa topu pratik bir şekilde şişirebilmelidir , ayrıca bu pompa 25cm uzunluğunda 5cm çapında ve çift yönlü çalışma özelliğine sahip olmalıdır.
- 5- Plates topu 16 adet olmalıdır
- 6- 8 adet parlak gri , 8 adet parlak mor olmalıdır

Gönül BOBAN
EBA

Fezaiye KARAKAS
EBA

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Erkan KAHRAMAN
Acil Servis ve Personel
Birim Sorumlusu

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Dr. Yavuz Burak GÖK
Baskerim

BEBEK BATTANİYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ebatı 90-90 olmalı
- 2- Dokuma %100 pamuklu olmalı
- 3- En fazla 60 c yıkanabilir olmalı
- 4- Kenarları bilyeli olmalı
- 5- Cinsi pazen kumaş olmalı
- 6- Gramajı en az 350gr olup çift katlı olmalı
- 7- Rengi krem olmalı

Gözü BOZAN
Ebe

Feyzanur KARAKAS
Ebe

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Erkan KAHRAMAN
Acil Servis ve Personel
Birim Sorumlusu

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Dr. Yavuz Barak GÖK
Başhekim

BOY ÖLÇER BASKÜL ŞARTNAMESİ

- 1- Tartının ölçüm kapasitesi en az 200 kg olmalı
- 2- Tartı 50gr (+/-10gr) hassasiyetle tartım yapabilmeli
- 3- Hem elektrik (220v/AC) hem pil (6x1.5/DC) ile çalışabilmektedir. Tartı aleti ile birlikte cihazın orijinal adaptörü verilmeli. Piller alkalimli olmalı
- 4- Kg biriminde ölçüm yapabilmeli
- 5- Tartı işleminden sonra görüntü ekranda bir süre kalmalı. Kullanılmadığı zaman kendi kendine kapatma özelliği olmalıdır
- 6- Ekrandaki değerleri sabitleme ve dura alma özelliği olmalıdır
- 7- Tartı aletinin ekranı cihaza monte edilmiş olmalı , kolayca çıkmamalı
- 8- Cihazın kolay hareket etmesine olanak veren ve bir yerden başka bir yere taşınmasını kolaylaştıran tekerlekli sisteme sahip olmalıdır
- 9- Cihaza teleskopik boy ölçme çubuğu monte edilmek suretiyle tartım / ölçüm bir araya yapılabilmesi
- 10- Tartı aleti ve boy ölçme çubuğu aynı marka olmalı
- 11- Boy ölçme çubuğu teraziye veya duvara monte edildiğinde her iki şekilde de ölçüm yapabilmeli
- 12- Boy ölçme çubuğu paslanmaz metalden imal edilmiş olmalı
- 13- Boy ölçme çubuğu duvara monte edildiğinde en az 600mm den 2000 ye , teraziye monte edildiğinde ise en az 820 mm2 2000mm ye kadar 1 mm hassasiyetle ölçüm imkanı sunmalı
- 14- Ölçüm boy her zaman göz hizasında okunabilmeli
- 15- Boy ölçüm çubuğu iç içe geçme özelliğinde olmalı . Çubuk ölçüm sonrasında kendiliğinden inmeli
- 16- Tartı aletinin basamak yeri geniş olmalı

Gönül BOR

Fezbanur KARAKAS

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Erkan KARAHAN
Acil Servis ve Personel
Birim Sorumlusu

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Dr. Yavuz Burak GÖK
Bashekim

PLATES MİNDER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Üzerinde her türlü plates , yoga,aerobik ve jimnastik hareketi yapılabilir olmalıdır.

2-Minder kalınlığı en az 15 mm olmalıdır.

3-Rulo şeklinde katlanabilir olmalıdır .

4-Minder kauçuk malzemelerden imal edilmiş olup , aşınma ve kopmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

5-Minderin uzunluğu en az 180cm , eni en az 60cm olmalıdır

6-Pembe veya mor renkte olmalıdır .

7-15adet olmalıdır

Gönül BOBAN

Peyzantur KARAKAS

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Erkan KAHYARCI
Acil Servis ve Personel
Birim Sorumlusu

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Dr. Yavuz Burak GÖK
Başhekim

PLASENTA MODELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu model plasentanın yapısını ve plasenta ile umbilikal kordonun ilişkisini göstermelidir.

Gerçek boyutta olmalıdır.

PVC malzmeden üretilmelidir.

Kaldesiz olarak verilmelidir.

Gönül BÖRNE
EBE

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Eleskirt İlçe Devlet Hastanesi
Dr. Yavuz Burak GÖK
Baskı

Fezbanur KAPALAS
EBE

Eleskirt İlçe Devlet Hastanesi
Erkan KAHRAMAN
Acil Servis ve Personel
Birim Sorumlusu


UTERUS VAGİNA KESİNTİ MAKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Model yetişkin insan anatomisine uygun ve üzerine bütün anatomik detaylar en hassas şekilde belirlenmiş olmalıdır
- Model kaliteli plastikten yapılmış olmalı , darbelere dayanıklı ve uzun süre kullanımlarda renk ve detay kaybı olmamalıdır
- Model doğal ölçülerde imal edilmiş olmalıdır
- Modelde , iç genital organların ventral ve dorsal görünümü , kısmen kesit olarak gösterilmelidir
- Modelin yaklaşık boyutları 22x21x10 cm ve yaklaşık ağırlığı 700 gr olmalıdır
- Model tek parça olmalı ve kaide üzerinde durmalıdır

Gönül BOBAY


Feyzanur KARAKAS


Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Erkan KAHYAN
Acil Servis ve Peritonci
Birim Sorumlusu


Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Dr. Yavuz Bıyık GÖK


BEBEK BANYO SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

(Bebek banyo setinin içinde bulunacak malzemeler)

1-Şeffaf desenli bebek küveti

-Kaymaz silikon ayakları olmalıdır.

-Standart ölçülerde olmalıdır .

2- Şeffaf desenli maşraf

-Sert plastikten olmalıdır .

- 1lt kapasiteli olmalıdır.

3- Şeffaf desenli küvet kova

-Sert plastikten yapılmış olmalıdır .

4- Şeffaf küvet filesi

-Bebek küvetinde takılabilir uygunlukta olmalıdır .

5-Bebek yıkama süngeri

-Bebek cildine uygun olmalıdır .

-Tahriş etme, çizme, incitme yapmamalıdır.

- Her bir üründen biri tane olmalıdır

- Renkleri şeffaf olmalıdır.

Gönül BOZAN

FEYZANUR KARAKAS
EBT

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Dr. Yavuz Bulak GÖK
Başhekim

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Erkan KAHRAMAN
Acil Servis ve Personel
Birim Sorumlusu

YER MİNDERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 120*120CM ebatında olmalıdır.
- 2- Dış kılıfı yıkanabilir malzemelerden olmalıdır .
- 3- Kılıfında fermuar bulunmalıdır.
- 4- İç kılıf olmalıdır .
- 5- Pamuklu kumaştan yapılmış olmalıdır.
- 6- Rengi pembe olmalıdır.
- 7- İç dolgusu 10-20cm yüksekliğinde olmalıdır .
- 8- 15 adet olmalıdır.

Gönül BODUR
Ehli

Feyzanur KARAKAS
Ehli

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Erkan KAMPAN
Acil Servis ve Peritonel
Diyarbakır

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Dr. Yavuz Bulak GÖK
Başhekim

PLATES LASTIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Orta sertlikte olmalıdır .
- 2-Lastigin uzunluđu en az 120cm , eni ise en az 15cm olmalıdır.
- 3-Lastiđin kalınlıđı 0,55mm den az olmamalıdır .
- 4-Lastikler yırtılmaya , aşınmaya ve kopmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- 5-10 adet olmalıdır .

Gönül BORAN
EHA

FeYZANUR KARAKAS
EHA

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Erkan KAHRAMAN
Acil Servis ve Personel
EHA

Ađrı İl Sağlık Müdürlüğü
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Dr. Yavuz Burak GÖK
Başhekim

TENİS TOPU ŞARTNAMESİ

- 1-Wilson Os Open veya eşdeğer maç topu olmalıdır .
- 2-Rengi sarı veya beyaz olmalıdır .
- 3-10 adet olmalıdır.

Gönül BÖRAN

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Eleskirt İlçe Devlet Hastanesi
Dr. Yavuz Burak GÖK
Başhekim

Peyzani KARAKAS
ERİ

Eleskirt İlçe Devlet Hastanesi
Erkan KAHİRCİ
Acil Servis ve Perinatal
Lütfi ZUMRUT

LİGAMENTLİ KADIN PELVİS MODELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Model yetişkin insan anatomisine uygun ve üzerinde bütün anatomik detaylar en hassas şekilde belirlenmiş olmalıdır.
- Model kaliteli plastikten yapılmış olmalı , darbelere dayanıklı ve uzun süre kullanımlarda renk ve detay kaybı olmamalı
- Model doğal ölçülerde imal edilmiş olmalıdır
- Tek parça olmalıdır
- Model yaklaşık boyutları 25.5x23x26 cm ve ağırlığı 1.5 kg olmalıdır
- Çıkarılabilir şeffaf bir taban üzerinde durmalıdır

Gönül BOBAK
EHE

Fezvanur KARAKAS
EHE

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Erkan KARAHAN
Acil Servis ve Pelvic
Uzman Yardımcısı

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Dr. Yavuz Burak GÖK
Başhekim

MEME ANATOMİSİ MAKETİ (LAKTASYON PERİODUNDA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Yetişkin kadın tek memesini simüle etmelidir
- 2- Laktasyon periyodundaki kadın memesini simüle etmelidir
- 3- Kadın memesi iç yapısının incelenebilmesi için sagittal kesit incelemesine müsait olmalıdır
- 4- Önden açılıp arkasından sabitlenme düzeneği bulunmalıdır
- 5- İç yapısında memenin süt kanalları ve süt bezlerini simüle etmelidir
- 6- Pvc plastikten imal edilmiş olmalıdır
- 7- Bir stand üzerinde sergilenmelidir

Gönül BORAY

Feyzanur KARAKAS

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Erkan KARAHAN

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Dr. Yavuz Burak GÖK
Başhekim

YENİDOĞAN BEBEK BAKIM MAKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Manken yenidoğan bebek görüntüsünde ve yapısında olmalıdır
- Baş hareket edebilmelidir
- Göğüs ve batin derisi tek parçadan ibaret olup çıkabilir olmalıdır .
- Sefalik ven enjeksiyonu ve umbilikal ven enjeksiyon uygulaması yapılabilir olmalıdır .
- Oral ve nasal entübasyon uygulaması yapılabilir olmalıdır .
- Gastrolavaj uygulaması yapılabilmelidir .
- Erkek ve kız bebek uretral kateterizasyona müsait olmalıdır .
- Ostomy bakım uygulaması yapılabilmelidir.
- Deltoid subkutan enjeksiyon ile kalça IM enjeksiyon uygulaması yapılabilmelidir .
- Holistik hemşirelik bakım uygulamalarında sünger banyosu , elbise giydirme ve değiştirme , emzirme manevrası ve de bebek bezi bağlama çıkarma uygulaması yapılabilmelidir.
- Plastikten imal edilmiş olmalıdır

Gönül BORAN
EHE

Fezanne KURAKAŞ
EBB

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Erkan KAHRAMAN

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Dr. Yavuz Bülent GÖK
Başhekim