

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

02.03.2023

Sayı: 157

Konu: DOLAP ISI NEM ÖLÇER ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.03.2023 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ISI NEM ÖLÇER			50	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

Dijital sıcaklık ve nem ölçer teknik şartnamesi

1. Bulunduğu ortamda sıcaklık ve nem ölçebilen, harici kablolu ve su geçirmez probu ile farklı ortamların (dış ortam, buzdolabı, akvaryum vb.) sıcaklığını ölçebilen dijital bir termo-higrometre olmalıdır.
2. 30.5024 en yüksek ve en düşük değerleri hafızasına alabilir ve tek tuşla bunları sıfırlayabilir olmalıdır.
3. 2 metre kablo uzunluğu olmalıdır.
4. Buzdolabı için uygun ısı nem ölçer olmalıdır.
5. Masaüstü veya duvara asılabilir olmalıdır.
6. Max. min. Fonksiyonu olmalıdır.
7. Sıcaklık ölçüm aralığı: İç ortam: 0...+50°C
8. Dış ortam: -40...+70°C
9. Sıcaklık ölçüm hassasiyeti: 0...+40°C arası $\pm 1^\circ\text{C}$, geri kalanda $\pm 1.5^\circ\text{C}$
10. Nem ölçüm aralığı: 20...99%
11. Nem ölçüm hassasiyeti: 30...80% arası $\pm 5\%$, geri kalan aralıkta $\pm 7\%$
12. Ebatlar: 91 x 18 x 134 mm
13. Ağırlık: 110 g
14. Pil: 1x 1,5V AAA(dahil)

Fırat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu

Riztem ATILIN
R.A.