

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

07.03.2023

Sayı: 168

Konu: OKSİJEN TÜP DOLUMU

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.03.2023 saat: 10:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Uz. Dr. M. Mustafa DEMİR
Başhekim V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	OKSİJEN GAZI %99.5 SAFLIK			40	Metreküp		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

OKSİJEN TÜPÜ (10 LİTRELİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ


TIBBİ OKSİJEN GAZI DOLUM ŞARTNAMESİ

1. ^ Tıbbi oksijen gazı (IOlt) tüplerle sağlanacak, basıncı 150 atmosferden aşağı olmayacaktır. İlgili tüpün içindeki gaz miktarı ise aşağıdaki gibi olacaktır. Medikal Oksijen: IOlt 150 bar 1.59 m3 Tıbbi oksijen gazının saflığı minimum %99.5 olacaktır.
2. Yüklenici firma idare talep ederse oksijen gazının istenilen safiyetini belgелendirecektir.
3. Yüklenici firma dolumu yapan dolumu yapan oksijen gazının analiz ve kayıt işlerini sağlayan sisteme sahip olacaktır.
4. Hastanenin kendi tüplerine dolum yapılacaktır. Aksi durumda yüklenici firma kendi tüpleriyle destekleyecektir.
5. Yüklenici tarafından arızalı ventil, kapaksız ve gaz kaçıran tüp teslim edilmeyecektir. Hastaneye ait tüplerin eskijen, aşınan ve kullanılmaz hale gelen ventil, kelebek, rot vb. ekipmanlarını yüklenici firma temin edecek ve deęiştirme işlemini bedelsiz üstlenecektir.
6. Tüplerin TS EN 1968'ye uygun test ve bakımları yapılmış olmalıdır.
7. Oksijen tüplerinin üzerine gazın cinsini ve uyulması gereken emniyet tedbirlerini belirten etiketler olacaktır. Tüpün boyalı kısmında üretici firma adı, test basıncı veson test tarihi yazılı olacaktır.
8. Tüpün vana ağızları bantla kaplı olacak, dolu tüplerin valfleri sıcak shrink ile mühürlenecektir. Tüpün doldurulduğu tarih ve kontrol edildiğini bildirir etiketler vanaya asılı olmalıdır.
9. Yukarıdaki maddelerde belirtilen hususlardan ve tüplerin yanlış dolum, test ve muayene işleminden dolayı meydana gelebilecek kazalardan ötürü her türlü hukukive tıbbi ve maddi sorumluluk yüklenici firmaya aittir.
10. Tüp contaları yüklenici firma tarafından temin edilecektir. Kullanılan contalar fiber veya teflon olacaktır, plastik kabul edilmeyecektir.
11. Yüklenici firma tarafından hastanemize verilecek medikal oksijen gazı GMP (Good Manufacturing Practices; İyi Üretim Teknikleri) ve Türk Farmokopesi evsaflarına ve taşıması gereken özelliklere uygun olmalıdır. Uygun olmaması durumunda ortaya çıkabilecek her türlü tıbbi, hukuki ve maddi sorumluluk yüklenici firmaya aittir.

Banu AKINCI
Hemşire



AGRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Sedat CETİN
Biyomedikal Çözüm Teknikeri



Elif Esma UĞUZ UYGUN
Biyomedikal Mühendisi



12. Tüp basınç testleri yüklenici firmaya ait olup ilave bir ücret talep edilmeyecektir.

13. Yüklenici firma bu teknik şartnamede belirtilen gazın medikal özelliğini koruyacağını taahhüt eder ve aksi durumda ortaya çıkabilecek her türlü tıbbi, hukuki ve maddi sorumluluğu üstlenir.

14. Yüklenici firma Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Basınçlı Gaz Tüpleri Dolum Yeterlilik Belgesi' ni kuruma ibraz etmelidir.


15. İstekli firma, Sağlık Bakanlığında medikal amaçlı Oksijen üretme, dolum, depolama ve dağıtım izin belgesine sahip olacak ve idareye ibraz edecektir. İstekli firma direk üretici değil bayi ise bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu Medikal amaçlı Oksijen üretim, dolum, depolama ve dağıtım izin belgesini ve bayi kendisinin yine Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı oksijen depolama ve dağıtım izin belgesini ibraz edecektir. Ayrıca bayi, halen bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair bir yazıyı ibraz edecektir.

16. - İstekli firma medikal gaz imalatında yasal olarak zorunlu olan ve Sağlık Bakanlığı'nca verilmiş bulunan Mesul Müdürlük Belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.

17. Tüplerin teslim alınması, nakliyesi, dolumu yapıldıktan sonra tekrar gösterilen yere indirilmesi yüklenici sorumluluğunda olacaktır. Kurum ilgili personel tarafından telefon, faks veya yazılı olarak (mail vb. iletişim yolları dahil) 16 saat içinde (Tatil günleri dahil) tüplerin dolumu yapılacak ve hastaneye teslim edilecektir.

18. Yüklenici firma acil durumlar dışında mesai saatleri içinde dolu tüpleri teslim etmek ve boş tüpleri almak zorundadır. Dolu ve boş tüpler teslim edilirken ve teslim alınırken firmaya yetkilisi ve kurum personeli tarafından karşılıklı olarak teslim tutanakları (sevk irsaliyesi de olabilir) imzalanacak, bu belgelerde kaç adet dolu veya boş tüp teslim edilmiş /alındığı belirtilecektir. Bu belge 2 adet olup biri yüklenicide biri ise kurum personeline olacaktır

Banu AKINCI
Hemşire


AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Sedat ÇETİN
Biyomedikal Cihaz Teknikeri


Elif Esma UĞUZ UYGUN
Biyomedikal Mühendisi
