



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DH İDARİ VE MALİ
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE
MALİ İŞLER BİRİMİ

12.03.2023 17:53:31 E-68917221-949-211054037



211054037

Sayı : E-68917221-949-211054037
Konu : Teklife Davet

12.03.2023

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **3 ADET 30 FR 4CM ÜRETERAL BALON DİLATÖR İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **20.03.2023** tarih ve saat **10:00**'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	30 FR 4CM ÜRETERAL BALON DİLATÖR	ADET	3		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm.Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Teknik Şartname ektedir.
- Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 - 215 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 64CF3B32-7DA2-424B-875C-AD054C4816B0

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi:

Bilgi için: Şenay SAPMAZ
Tıbbi Sekreter

Telefon No: 04723126047 - 215



30 FR 4 CM ÜRETERAL BALON DİLATATÖR

1. 20atm basınca dayanıklı olmalıdır.
2. Kateter genişliği tüm kateter boyunca 5,8Fr olmalıdır.
3. Balon uzunluğu 4cm olmalıdır.
4. Şişirilmiş balonun çapı 30Fr olmalıdır
5. 0,038inç kılavuz tel üzerinden yerleştirilebilmelidir.
6. Sürtünmeyi azaltan HydroPlus kaplı olmalıdır
7. Balonun her iki ucunda radyopak markerlar bulunmalıdır
8. kateterinden 0,038inç'lik kılavuz tel geçerken aynı esnada balonu şişirebilen ve iki yollu muslukla kapatılabilen ikinci bir yolu olmalıdır.
9. Firmalar numune vermek zorundadırlar.
10. Numune vermeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Numune ameliyathanede kullanıldıktan sonra karar verilecektir.
12. Her bir Üreteral balonla birlikte bir adet balon şişirme indaflatörü verilecektir.

Op.Dr.ERDAL ABA
Üroloji Uzmanı
Doç.Dr.Yasar Enayimaz Doğubeyazıt
Devlet Hastanesi
Dip.Tec.No:178842

Ecz. İnan SEMİR
Dip.No:20171011110
Tescil No:47670

Valley Tulus