



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DH İDARİ VE MALİ  
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE  
MALİ İŞLER BİRİMİ  
12.03.2023 17:53:51 E-68917221-949-211056944  
211056944



Sayı : E-68917221-949-211056944  
Konu : Teklife Davet

12.03.2023

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **3 ADET 0,035 SENSÖR GÜDE (ÜROLOJİ) ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **20.03.2023 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.**

**Bülent ÖZCAN**  
İdari Mali İşler Müdürü

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	0,035 SENSÖR GÜDE (ÜROLOJİ)	ADET	3		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**OLUR**  
Uzm.Dr. Demet ÖKKE  
Başhekim

NOTLAR

1. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
3. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
4. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
5. Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
6. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
7. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47 - 215 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: A603EE19-F5DB-480B-B47E-9CD096246D9A

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km  
Doğubayazıt / AĞRI 04400  
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447  
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>  
Kep Adresi:

Bilgi için: Şenay SAPMAZ  
Tıbbi Sekreter

Telefon No: 04723126047 - 215





## 0,035İNÇ SENSÖR GÜİDE

1. PTFE kaplı olmalıdır.
2. Proksimal ucu 5cm Hydro-Pass maddeden üretilmiş olmalıdır.
3. Ucu hidrofilik olmalıdır.
4. 0.035inç ölçüsünde olmalıdır.
5. Tek steril paketler halinde olmalıdır.
6. Teklif veren firmalar numune vermelidir.
7. Numune kullanıldıktan sonra karar verilecektir.
8. Teslim edilen ürünün en az 2 (iki) yıl sterilizasyon ömrü olmalıdır.

Op.Dr.Erdal ARAN  
Üroloji Uzmanı  
Doç.Dr.Yasar Eryılmaz Doç.Dr.Özge  
Devlet Hastanesi  
Dip.Tec.No:178948

Ed. İhan DEMİR  
Dip.No:2017/57840  
Tescil No:47670

Volkan Turke