



AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DH İDARI VE MALİ
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE
MALİ İŞLER BİRİMİ
14.03.2023 09:49:33 E-68917221-949-211193261
211193261

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-211193261
Konu : Teklife Davet

14.03.2023

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan 3 ADET 8FR PERKÜTAN NEFROSTOMİ SETİ (DİLATASYONLU) ALIM İŞİ 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 20.01.2023 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	8 FR PERKÜTAN NEFROSTOMİ SETİ (DİLATASYONLU)	ADET	3		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm.Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

1. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
3. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
4. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
5. Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
6. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
7. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 - 215 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: A0D81E8C-BC86-40B6-99C9-00CF684F9E62

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi:

Bilgi için: Şenay SAPMAZ
Tıbbi Sekreter

Telefon No: 04723126047 - 215



8FR PERKÜTAN NEFROSTOMİ SETİ (DİLATASYONLU)

1. Giriş iğnesi, 17.5G kalınlığında, 20cm uzunluğunda (6 FR sette 12 cm uzunluğunda), ucunda ekojenite sağlayan 3 adet halka bulunan, 2 parçadan oluşmalıdır.
2. Rehber tel, 80cm uzunluğunda, extra stiff, 0,038inç kalınlığında, "J" uçlu olmalı. Introducer ve özel koruyucusu içinde sunulmalıdır.
3. Kateter, 8Fr kalınlığında, 30cm uzunluğunda ve uç kısmının ilk 5cm'lik kısmı hidrofilik yüzeyle hidrogel kaplı poliüretandan üretilmiş bulunmalıdır.
4. Kateterin ucu açık ve "J" uçlu olup üzerinde 6 adet drenaj deliği bulunmalıdır.
5. Kateter, çökmeye, bükülmeye, katlanmaya ve ezilmeye karşı dirençli olmalıdır.
6. Kateterin üzerinde vücuda suture ile sabitlenmesini kolaylaştıran sıra halinde çentikler bulunmalıdır.
7. Bir adet, tek parçadan oluşan, kateter ile uyumlu, ayrılabilir dilatatör bulunmalıdır.
8. Kateterin idrar torbasına bağlantısını sağlayan luer-lock konnektör bulunmalıdır.
9. Ambalajın üzerinde hasta bilgi dokümantasyonu için etiket bulunmalıdır.
10. Ürünün üzerinde markası ve ölçüleri belirtilmiş olmalıdır.
11. Ürünün Türkçe kullanım kılavuzu bulunmalıdır.
12. Ürün ETO ile steril edilmiş olmalıdır.
13. Ürünün Class II a CE belgesi bulunmalıdır.
14. Ürünün ambalajı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı ve onaylanmış ürün numarası (barkod) bulunmalıdır.
15. Firmalar numune vermek zorundadırlar.
16. Numune kullanıldıktan sonra karar verilecektir.
17. Teslim edilen ürünün en az 2 (iki) yıl sterilizasyon ömrü olmalıdır.

Op.Dr. Ferhat ABAY
Üroloji Uzmanı
Doç.Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubeyazıt
Devlet Hastanesi
Dip. Tes. No: 178948

Volkan Çeliker

Ecz. İlhan DEMİR
Dip. No: 2017137836
Tescil No: 1670