

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

14.03.2023

Sayı: 191

Konu: EXOPHTHALMOMETER GÖZ ÖLÇÜM CİHAZI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 20.03.2023 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PROTRUSYON ÖLÇÜM CİHAZLARI, EKZOFTALMOMETRE / GÖZ PROTRUSYON ÖLÇÜM CİHAZI			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler elden ve mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

EXOPHTHALMOMETER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Cihaz göz küresinin öne doğru yer değiştirmesini(büyümesini) ölçmek için kullanılmalıdır.
2. Cihazın izosellerin yapısı sağ açılı üçgen prizma şeklinde olmalıdır.
3. Cihazın Exophthalmia ölçüm aralığı 0 ile 35mm arasında olmalıdır.
4. Cihazın Orbital uzaklığı 80 ile 120 mm aralığında ayarlanabilir olmalıdır.
5. Cihaz kilitli alimünyum canta içinde verilmelidir.
6. Toplam ağırlığı 0.6 kg ve çanta boyutları 265mm*37mm*110 mm olmalıdır.

Doc. Dr. Yavuz ÖRÜÇ
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 181992/179114

Op. Dr. Mehmet ÇEVİK
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dip. Tes. No: 181992/179114

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op. Dr. Mustafa GÖZANOĞLU
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 179114

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi KARATAŞ
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 181992/179114