

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

15.03.2023

Sayı: 206

Konu: PEDIATRİK VE YETİŞKİN TARTI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 21.03.2023 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | Malzeme Adı | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|---------------------|--------------------------|----------|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| 1 | DIJİTAL BEBEK TARTISI | | | 13 | Adet | | |
| 2 | DIJİTAL YETİŞKİN TARTISI | | | 13 | Adet | | |
| Genel Toplam | | | | | | | |

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

Dijital Bebek Terazisi Teknik Şartnamesi

- Tartım kefesi geniş olmalıdır.
- Tartım sırasında bebeği kefedede tutacak biçimde kefe iki taraflı yüksek kenarlara sahip olmalıdır.
- Geniş LCD ekrana sahip olmalıdır.
- 20 kg kapasiteli olmalıdır.
- 5 g hassasiyetle tartım yapabilmelidir.
- Hafıza fonksiyonu olmalıdır.
- Otomatik Kapanma özelliği olmalıdır.
- Kg ve lb olarak iki farklı birimde ölçüm yapabilmelidir.
- Dara fonksiyonu olmalıdır.
- Tartım sonucunu otomatik olarak sabitleme özelliği olmalıdır.
- Elektrik ve pille çalışabilmelidir.
- Kefe ölçüleri : 600 x 280 x 40 mm olmalıdır.
- Ağırlığı 2.6 kg olmalıdır.
- Üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
- Garanti süresi sonunda teknik servis güvencesi bulunmalıdır.

Fırat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu

Eyüp KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

Boy Ölçerli Dijital Yetişkin Terazisi Teknik Şartnamesi

- 250 kg tartım kapasitesi olmalıdır.
- 50-100 g hassasiyet ile tartım yapabilmelidir.
- Hem elektrik (220V AC), hem de pil (4x1,5 VDC) ile çalışabilmelidir. Pilleri ve adaptörü ile birlikte verilmelidir.
- Kg ve lb olarak iki ayrı birimde tartım yapabilmelidir. Birimlerin birbirlerine dönüşümü bir tuş yardımı ile otomatik olarak yapılabilmelidir.
- Anne kucağındaki bebeği tartım özelliği olmalıdır.(Daralı tartım özelliği)
- Vücut-Kitle İndeks (BMI) göstergeli, Boy / Kilo oranı tayini özelliği olmalıdır.
- Ekranı dönebilme özelliği sayesinde hem kullanıcı, hem de hasta tarafından rahatça görülebilmelidir.(Terazide ekranında rakamların öne ve arkaya dönebilme özelliği)
- Ekrandaki değeri sabitleme (HOLD) ve dara alma özelliği olmalıdır.
- Boy ölçme çubuğu terazinin üzerine monte edilerek birlikte kullanılabilir. İstenildiğinde boy ölçme çubuğu duvara da monte edilebilir.
- Boy Ölçme Çubuğu duvara monte edildiğinde 600 mm'den 2.100 mm'ye, teraziyeye monte edildiğinde, 910 mm'den 2.100 mm'ye kadar 1 mm hassasiyet ile ölçüm yapabilmelidir.
- Tekerlek sistemi sayesinde bir yerden bir yere kolayca taşınabilir olmalıdır.
- Kefe ölçüleri : standar olmalıdır.
- Terazinin ağırlığı standart olmalıdır.
- Üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
- Garanti süresi sonunda teknik servis güvencesi bulunmalıdır.

FIRAT DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu

Evrip KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri