

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

17.03.2023

Sayı: 212

Konu: ANJİO BİRİMİ İÇİN 4 KALEM GUIDİNG KATETER ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 23.03.2023 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	GUIDİNG KATETER, 7F, L4, 100CM			50	Adet		
2	GUIDİNG KATETER, 7F, EBU3.5, 100CM			20	Adet		
3	GUIDİNG KATETER, 7F, EBU4 SH 100CM			20	Adet		
4	GUIDİNG KATETER, 6F, L4, 100CM			50	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler elden veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

KORONER GUIDİNG KATATERİ (ANJİO)

1. 6 F lik ap iin en az 0.071 inch i apa sahip olmalıdır.
2. Kateter boyu en az 100 cm olmalıdır.
3. Ucu koroner damarlara zarar vermeyecek Őekilde soft tip (yumuŐak) ve atravmatik yapıda olmalıdır.
4. Kateter 6F, 7F apında ve istenilen u Őekillerinde olmalıdır.
5. elik rg ile desteklenmiŐ olmalı, bylelikle kırılma rezistansı ykseltilmiŐ, itilebilirliĐi arttırılmıŐ olmalıdır.
6. Kateter radyopak olmalıdır.
7. Kateterin i yzeyi srtnmeyi azaltıcı madde ile kaplı olmalıdır ve bu madde belirtilmelidir.
8. Kateterin torku 1/1 olmalıdır.
9. Kateterler ile koroner arterlere oturulmasında zorluk olmamalı, kateterin hafıza zelliĐi (memory) olmalı, guide wire ile dzeltildikten sonra eski haline dnmelidir. Bu zellikler kullanıcı tarafından test edilecektir.
10. Teklif edilen malzemedен 5(beŐ) adet numune teslim edilecek olup kullanıcı teknik zellikleri test edecektir

Selma Aksoy
SA

AĐın Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Fahri E. E. E.
No 1657/2
j. Uzmani