



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-211543714  
Konu : Teklife Davet

17.03.2023

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **10 ADET BİYOPSİ FORSEPSİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **23.03.2023 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.**

**Bülent ÖZCAN**  
İdari Mali İşler Müdürü

| S. NO                     | MALZEME ADI  | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM TUTAR |
|---------------------------|--|-------|--------|-------------|--------------|
| 1                         | BİYOPSİ FORSEPSİ<br>(GASTROSKOPİK, OVAL, İĞNESİZ 1,8 MM) | ADET  | 10     |             |              |
| GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ): |  |       |        |             |              |

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**OLUR**  
Uzm.Dr. Demet ÖKKE  
Başhekim

**NOTLAR**

- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumsuzluğu durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Teknik Şartname ektedir.
- Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

**Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI**  
**Telefon:0472 312 60 47 - 215 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 9DD402E7-7128-4740-B4AA-0B2BA1B7510A

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km  
Doğubayazıt / AĞRI 04400  
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447  
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>  
Kep Adresi:

Bilgi için: Şenay SAPMAZ  
Tıbbi Sekreter

Telefon No: 04723126047 - 215





# SMT1216BIYOPSİ FORSEPSİ, GASTROSKOPİK

|  |   |
|--|---|
| <b>SMT Temel İşlevi:</b>               | 1. Gastroenterolojik işlemlerde dar alanda biyopsi almayı kolaylaştırmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.  |
| <b>SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:</b> | 2. 1,7 mm- 3,0mm'lik endoskopi kanallarından geçebilecek özellikte muhtelif ölçülerde olmalıdır.<br>3. Ürün oval, Jumbo, açılı, iğneli/iğnesiz, makas uçlu olabilir.<br>4. Açılı forsepslerde forseps ağız genişliği 1-7 mm arasında, forseps uzunluğu 90-190 cm arasında olmalıdır. Forsepsin her iki bacağı aynı anda 90 derece açılabilir özellikte olmalıdır.<br>5. Jumbo forsepslerde forseps uzunluğu 90-190 cm arasında, forseps ağız genişliği 4-8 mm arasında muhtelif ölçülerde ve ağız derinliği en az 2,4 mm olmalıdır.<br>6. İğneli ve iğnesiz forsepslerde forseps uzunluğu 90-190 cm arasında, forseps ağız genişliği 1-7 mm arasında muhtelif ölçülerde olmalıdır.<br>7. Makas uçlu forsepslerde forseps uzunluğu 90-190 cm arasında olmalıdır. Forseps ağız kesmeye uyumlu makas şeklinde üretilmiş olmalıdır. |
| <b>Teknik Özellikleri:</b>             | 8. Forsepsin tutamaç kısmı plastik veya metal olmalıdır.<br>9. Kırılmaya ve deforme olmaya dirençli olmalıdır.<br>10. Biyopsi alırken dokuyu iyi tutmalı ve biyopsiyi kolay keserek yeterli dokuyu almalıdır.   |
| <b>Genel Hükümler:</b>                 | 11. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.<br>12. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.<br>13 - Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenecek uygunluk kararı verilmiştir.  |

Op.Dr. İdris AKÇAY  
Genel Cerrah  
Dış. Tes. No.: 126490  
Doç.Dr. Yaşar Eryılmaz  
Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Op.Dr. Osman ÇELİK  
Dr. Yaşar Eryılmaz  
Doğubayazıt Devlet Hastanesi  
Dış. Tes. No 179264  
Genel Cerrahi Uzmanı

Hasan BOLAN