

TEKLİFE DAVET

Sayı: 78

20.03.2023

Konu: NST KEMERİ İLİKLİ PROB TESPİT KEMERİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.03.2023 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Sakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü
Patnos Devlet Hastanesi

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	NST KEMERİ			20	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

(NST) ABDOMİNAL TRANSDUSER KEMERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Kemerlerin boyu 115-120 cm, eni 5,5-6 cm aralıklarında olmalıdır. ,
- 2.Kemerler çok kullanımlık ve yıkanabilir olmalıdır.
- 3.Kemerlerin orta noktalarında aralıklarla Transducer düğmelerinin geçebileceği en az 30 delik olmalıdır.
- 4.Kemerler elastik yapıda olmalıdır.
- 5.Pakette iki adet olmalıdır(toco ve nst probu için)
- 6.Tüm marka model NST cihazlarında kullanılabilir olmalıdır.
7. Nautilus Doppler US Transduser ve Nautilus Toco Transduser'lerin "Button Style" olanlarında kullanılabilir olmalıdır.
- 8.Kemerin UBB ve UTS kaydı olmalıdır.
- 9.Teklif veren firmalar numune de göndermelidir.
- 10.Ürün bir yıl garantili olmalıdır.
11. Ürün paketlerinde son kalite kontrollerinin yapıp kapatıldığına dair kontrol etiketi bulunmalıdır.
- 12.Teklif veren firmalar ISO 13485 ve ISO 9001 standartlarına sahip olmalıdır.

Birim Sorumlusu

Abdullah CÖNÜR
