

TEKLİFE DAVET

20.03.2023

Sayı: 79

Konu: KADIN DOĞUM SERVİSİ MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.03.2023 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Sakir KAYA
Müdür Yardımcısı
Patnos Devlet Hastanesi

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KAPAKSIZ KÜVET PLASTİK			9	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza


Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:


- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

BEBEK KOD YATAĐI KÜVETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ


- Şeffaf pleksiglass plastikten üretilmiş olmalıdır.
- Hastanemizdeki bebek kod yataklarına uyumlu olmalıdır.
- Küvet içerisinde sünger ve sünger üzeri vinleks kaplı şilte bulunmalıdır.
- Uzunluđu 80 cm olmalıdır.(Ölçüm Üst kısımdan yapılmıştır.)
- Eni 48 cm olmalıdır.(Ölçüm üst kısımdan yapılmıştır.)
- Derinliđi ayak ucu 15 cm baş ucu 23 cm olmalıdır.
- Görseller aşağıda belirtilmiştir.
- Gelen malzeme denendikten sonra muayene kabulü yapılacaktır.



Mur uzun
My



03/03/2023 14:29



03/03/2023 14:29

Nur Uzun
[Signature]