

TEKLİFE DAVET

Sayı:85

20.03.2023

Konu: YENİDOĞAN BİRİMİ 11 KALEM MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 28.03.2023 saat: 11:00 'a kadar [patnosdh@hotmail.com](mailto:patnosdh@hotmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Sakir KAYA  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HAVA FİLTRESİ			20	Adet		
2	FAN BLOVER			2	Adet		
3	magic loggia model cihaz için gerekli olan parça:ANA ÜNİTE FAN HAZNESİ ÜST KAPAK			1	Adet		
4	magic loggia model cihaz için gerekli olan parça:KANAPI HAVA PERDESİ MENTEŞESİ.			8	Adet		
5	magic loggia model cihaz için gerekli olan parça:KANAPI ÖN KAPAK CİDARI			4	Adet		
6	magic loggia model cihaz için gerekli olan parça: KANAPI HAVA PERDESİ TUTUCU			15	Adet		
7	SOL TRENDELENBURG			3	Adet		
8	SAĞ TRENDELENBURG			3	Adet		
9	GRAMMED			8	Adet		
10	SU KABI TUTUCU			3	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ Tlf: Fax: e\_mail: Hız.RABİA CENGİZ Dahili:

Sayfa 1

- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

**ERTUNÇ ÖZCAN KÜVÖZ FİLTRESİ**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Filtre Ertunç Özcan küvöz cihazında kullanıma uygun olmalı ve orijinal malzeme olmalıdır.
- 2- Filtre yetkili firma tarafından takılarak teslim edilmelidir.
- 3- Filtre temin eden firmalar işlem sonrası cihazın kontrolünü yapmalı gerekiyorsa düzeltici işlemleri uygulamalıdır.
- 4- Filtre, filtre yuvasına kolayca tam olarak monte edilmelidir.
- 5- Firmalar ISO 9001 Kalite Standartlarına sahip olmalı ve bunu teklifte belgelemelidir ve yetki belgesini sunabilmelidir.

  
Ceremil  
Hepsiire

BABY NEST KÜVÖZ İÇ ÇİDAR VE MUHTEVİYATI  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İÇ ÇİDAR BABY NEST I-700 MODEL KÜVÖZE UYGUN OLMALIDIR.
2. İÇ ÇİDARI ÜSTTE TUTAN 2 ADET SABİT TUTACAKLARI VE VİDALARI OLMALIDIR.
3. İÇ ÇİDARI ALTTA TUTAN 1 ADET TUTACAK VE KOLAY SÖKÜLÜP TAKILABİLEN BİR VİDASI BULUNMALIDIR.

  
Ceren Çi  
Nemsir

**ERTUNÇ ÖZCAN KÜVÖZ TRANDELANBURG**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Trandelanburg Ertunç Özcan küvöz cihazında kullanıma uygun olmalıdır ve orijinal malzeme olmalıdır.
- 2- Trandelanburg yetkili firma tarafından takılarak teslim edilmelidir.
- 3- Trandelanburg temin eden firmalar işlem sonrası cihazın kontrolünü yapmalı gerekiyorsa düzeltici işlemleri uygulamalıdır.
- 4- Trandelanburg küvöz içine monte edilebilmez.
- 5- Trandelanburg üzerinde yükseklik ayarı yapabilmek için ayar kolu bulunmalıdır.
- 6- Trandelanburg ayarlandıktan sonra ayarlanan konumda sabit kalabilmelidir.
- 7- Firmalar ISO 9001 Kalite Standartlarına sahip olmalı ve bunu teklifte belgelemelidir ve yetki belgesini sunabilmelidir.

  
Ceren Çil  
Mühür



**ERTUNÇ ÖZCAN MAGIC LOGGIA KÜVÖZ NEM HAZNESİ**  
**KIZAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Nem haznesi kızıağı Ertunç Özcan küvöz cihazında kullanıma uygun olmalıdır ve orijinal malzeme olmalıdır.
- 2- Nem haznesi kızıağı temin eden firmalar işlem sonrası cihazın kontrolünü yapmalı gerekiyorsa düzeltici işlemleri uygulamalıdır.
- 3- Çok kullanımlık olmalı ve dezenfekte edilebilmelidir.
- 4- Kolayca sökülüp takılabilmelidir.
- 5- Firmalar ISO 9001 Kalite Standartlarına sahip olmalı ve bunu teklifte belgelemelidir ve yetki belgesini sunabilmelidir.

  
Ceren Çi  
Hemşire

**ERTUNÇ ÖZCAN KÜVÖZ GROMMED**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Grommed Ertunç Özcan küvöz cihazında kullanıma uygun olmalı ve orijinal malzeme olmalıdır.
- 2- Grommed yetkili firma tarafından takılarak teslim edilmelidir.
- 3- Grommed temin eden firmalar işlem sonrası cihazın kontrolünü yapmalı gerekiyorsa düzeltici işlemleri uygulamalıdır.
- 4- Grommed, küvöz üzerindeki yuvasına kolayca tam olarak monte edilmelidir.
- 5- Firmalar ISO 9001 Kalite Standartlarına sahip olmalı ve bunu teklifte belgelemelidir ve yetki belgesini sunabilmelidir.

  
CEREN ÇİL  
MÜHÜR

**ERTUNÇ ÖZCAN KÜVÖZ BLOWER**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Blower Ertunç Özcan küvöz cihazında kullanıma uygun olmalıdır ve orijinal malzeme olmalıdır.
- 2- Blower yetkili firma tarafından takılarak teslim edilmelidir.
- 3- Blower temin eden firmalar işlem sonrası cihazın kontrolünü yapmalı gerekiyorsa düzeltici işlemleri uygulamalıdır.
- 4- Blower, motor üzerindeki yuvasına kolayca monte edilebilmez.
- 5- Motor çalıştığında blower gürültü yapmamalıdır.
- 6- Firmalar ISO 9001 Kalite Standartlarına sahip olmalı ve bunu teklifte belgelemelidir ve yetki belgesini sunabilmelidir.

  
Ceren A.İ.  
Hemşire



**ERTUNÇ ÖZCAN KÜVÖZ HAVA PERDESİ MENTEŞE VE HAVA PERDE  
TUTUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Ertunç Özcan küvöz cihazında kullanıma uygun olmalı ve orijinal malzeme olmalıdır.
- 2- Malzemeleri yetkili firma tarafından takılarak teslim edilmelidir.
- 3- Malzemeleri temin eden firmalar işlem sonrası cihazın kontrolünü yapmalı gerekiyorsa düzeltici işlemleri uygulamalıdır.
- 4- Kuvöz kapağına kolayca monte edilebilmedir.
5. Teklif veren firmalar ISO 9001 Kalite Standartlarına sahip olmalı, cihazın üretici firmasından yetki belgesi olmalı ve bunu teklifte belgelemelidir ve yetki belgesini sunabilmelidir.

  
Ceran ÇIL  
Hepsişire

## ERTUNÇ ÖZCAN KÜVÖZ ÜST KAPAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ertunç Özcan marka Babynest model küvöz cihazı için orijinal malzeme olmalıdır.
2. Üst kapak steril edilebilmelidir
3. Üst kapak, küvöz üzerindeki yuvasına kolayca tam olarak monte edilmelidir.
4. Malzemeyi temin eden firmalar işlem sonrası cihazın kontrolünü yapmalı gerekiyorsa düzeltici işlemleri uygulamalıdır.
5. Teklif veren firmalar ISO 9001 Kalite Standartlarına sahip olmalı, cihazın üretici firmasından yetki belgesi olmalı ve bunu teklifte belgelemelidir ve yetki belgesini sunabilmelidir.

  
Ceren Çil  
Hemşire