

TEKLİFE DAVET

20.03.2023

Sayı: 90

Konu: VAKUM POMPASI REVİZYONU

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.03.2023 saat: 11:00 'a kadar [patnosdh@hotmail.com](mailto:patnosdh@hotmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Mehmet NARİN  
Müdür Yardımcısı  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	VAKUM POMPASI REVİZYONU			3	Adet		
2	MOTOR SARIMI			2	Adet		
3	PALET TAKIMI			2	Adet		
4	RULMAN TAKIMI			2	Adet		
5	ORİNG TAKIMI			2	Adet		
6	KEÇE			4	Adet		
7	YAĞ FİLTRESİ			3	Adet		
8	YAĞI			10	Litre		
9	SEPERATÖR FİLTRE			6	Adet		
10	MOTOR KORUMA TERMİĞİ			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ Tlf: Fax: e\_mail: Hız.RABİA CENGİZ Dahili:

Sayfa 1



X  
Vakum pompası revizyon bakım kiti

- + 1. Motor sarımı 2 adet  
2. Palet takımı 2 adet  
3. Rulman takımı 2 adet  
4. Oring takımı 2 adet  
5. Keçe 4 adet  
6. Yağ filitresi 3 adet  
7. Yağ 10 lt  
8. Seperetör filitresi 6 adet  
9. Motor koruma termiği 2 adet

#### ŞARTNAME

1. Yukarıda belirtilen malzemeler 100m<sup>3</sup> vakum pompasına uygun olmalıdır
2. İstenilen malzemeler orijinal olmalıdır
3. Teklif veren firma yerinde keşif yapmalıdır
4. Ürünler TSE standartlarına uygun olmalıdır
5. Teklif veren firma 1 er numune göndermek şartıyla uygunluk almalıdır
6. Yüklenici firma tarafından istenilen ürünlerin montajı yapılmalıdır
7. Onarım esnasında her türlü iş güvenliği yüklenici firma sorumluluğunda olmalıdır.

Fesih YICIDIRIM  
Teknik personel ş  
[Signature]