



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-211945271
Konu : Teklife Davet

23.03.2023

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **2 KALEM GÖZ CERRAHİ EL ALETLERİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **04.04.2023** tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	DBARRAQUER-COLİBRİ FORCEPS 0.23 MM/90°	ADET	2		
2	UTRATA CAPSULORHEXİS FORCEPS SHARPTİPS	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm.Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Teknik Şartname ektedir.
- Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 - 215 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: B30B2A50-0E9A-4EF1-A649-6E17801BA645

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi:

Bilgi için: Şenay SAPMAZ
Tıbbi Sekreter

Telefon No: 04723126047 - 215



GÖZ CERRAHİ EL ALETLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstenen aletler, işlevi açısından hassasiyet gerektirdiği için sahip oldukları ölçülerden azami olarak 0,5mm +/- fark olmalıdır. Bu ölçülerin dışındaki aletler kabul edilmeyecektir.
2. Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Malzemelerin her birinin üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır.(Teknik olarak yazılamayan aletler, yuvarlak ve tel tipli olanlar hariçtir.)
4. Alınacak aletler 134°C'de otoklavda gazlı veya buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır.
5. Teknik komisyon, uygun gördüğünde daha sert çelikten mamul cerrahi aletleri kınılmaya dirençli, kesme kapasitesi yüksek ve korozyona daha dirençli olarak kabul edilip tercih edilebilecektir. Sertlik dereceleri aşağıdaki gibi olacaktır.
6. İhale listesindeki malzemeler set olması sebebi ve ısı ile oluşacak elektron alış verişlerinden etkilenmemesi adına iştirakçi firmalar setlerin tamamına aynı marka üzerinden tamamına teklif vereceklerdir.
7. Yerli malı marka teklif edecek olan firmaların yerli malı belgesi sunması zorunludur. İthalatçı firmalar teklif ettikleri markaya ait ihale tarihi itibarıyla son 1 yılda üretici firmadan ithalat yapıldığını gösteren Gümrük Giriş Beyannamesini ihale dosyası içerisinde sunacaktır. Bu belgeyi sunmayan, eksik yada hatalı belge sunan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8. İstekliler teklif ettikleri markaya ait üretim yerinden
9. İştirakçi firmalar teklif ettikleri ürünlerin orijinal kataloglarını ihale evrakları ile verecektir. Teklif edilen her malzeme orijinal katalogunda ayrı ayrı gösterilecektir.Katalogunda bulunmayan ürünlere teklif veren firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. (Kataloglarında olmayan malzemeler için benzeri ibaresi kullanılmayacaktır. Her alet katalog sayfa numarası ile beraber ihale evrakları içinde verilecektir.
10. İhale dökümanında verilen cerrahi aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaps belirlemek açısından yazılmış olup ,istekli cerrahi alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafı ve aynı fonksiyonları görecektir şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir .Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları çapları ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile teklif edilecek aletlerin istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle +/-5 mm toleranslı uzunluktaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde uç eğim kavis şekil ve metal yapısında istenilen ile aynı olmak zorundadır.
11. İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri ürünlerin tamamı için bu şartname ve ekindeki listeye göre kalem kalem teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlayacaklardır. Bu belge iştirakçi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale dosyası içinde verilecektir. Bu cevaplar orijinal dökümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firmanın teklif mektubu açılmadan ihale dışı bırakılacaktır.
12. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.
13. İhaleye giren firmalar teklif ettikleri ürünlerin korozyon testine karşı pasifize (nötralize) edilmediğini iştirakçi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale evrakları arasında vermelidir.
14. Cerrahi aletlerle birlikte üretici firmaya özel aletlerin kullanımı, bakımı, depolanması ve saklanması hususlarını ayrıntılı anlatan Türkçe kullanım kitapçığı verilmelidir.
15. Teklif edilen cerrahi aletlerin çelik sertlik dereceli aşağıdaki gibi olmalıdır. Aşağıda bulunan değerler üretici firma tarafından hazırlanmış apostil tasdikli olarak ihale dosyasında sunulmalıdır. Bu belgenin ihale dosyasında bulundurmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.
 - PENSETLER 400 SST 80-90 HTB 55 HRC
 - İĞNE TUTUCULAR 400 SST 80-90 HRB 55 HRC
 - MARKIRLAR VE İŞARETLEYİCİLER 300 SST 80-90 HRB
 - TREFİN BIÇAKLAR 400 SST 80-95 HRB 55 HRC
16. İştirakçi firmalar bu şartnamede yer alan her bir kalem için ihale sonrasında gerek görülmesi durumunda numune getireceklerdir. Numuneleri eksik veya hatalı getiren firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
17. Numunelerin şekil ve fonksiyonları oluşturulacak bir uzman cerrahi ekip tarafından çıplak gözle, mikroskopla ve ameliyat sırasında kullanılmak kaydı ile incelenerek test edilecektir, bu işlemler imalat sırasında da bu şekilde yapıldığından aletlerin özelliklerle;

Op.Dr.Gürbüz DEN
Amir

Osman Güler

Amir Kaya
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Op.Dr. Anıl KAYA
Dip. Tes. No: 17/15
Göz Hastalıkları Uzmanı


18. a-) Bacaklarına kuvvet uygulandığında ortaya çıkan bükülme direnci ve kuvvet azaldığında bacakların ilk pozisyona dönmesini sağlayan elastik yapı 'ya sahip olmalıdır.
b-) Kesici ve tutucu çeneleri sabit ve düzgün hareket etmelidir.
c-) Tutucu çeneye sahip olan aletlerde ağız ve dişleri karşılıklı tam olarak kapanmalıdır.
d-) Kilit mekanizmasında bacakları yumuşak kitlenip kolay ayrılan aletler olmalıdır.
e-) Eklemsizlerde bükülme direnci yüksek gövde, fonksiyonel uç ve ergonomik sapı olan aletler olmalıdır.


GÖZ CERRAHİ EL ALETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra No	Ürün Adı	Adet	Şartname
1	Barraquer-ColibriForceps, 0.12mm/90°	2	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Barraquer model cornealsütür forsepsi olmalıdır. Toplam boyu 7,5 cm olmalıdır. 1X2 dişli ve dişlerin açısı 90 derece olmalıdır. Bağlama platformlu olmalıdır. Dişlerin kalınlığı 0,12 mm olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
2	UtrataCapsulorhexisForcepssharptips	1	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Utrata model kapsül tutma penseti olmalıdır. Aletin toplam boyu 10,5 cm olmalı ve açılı olmalıdır. Açılan uca kadar olan kısım 11 mm uzunluğunda olmalıdır. Alet flathandle olmalı ve aletin ana işlemi yapan uç kısmı ameliyat mikroskobu altında parlama ve yansıma yapmaması için matlaştırılmış olmalıdır. Aletin üzerinde ergonomik olarak dizayn edilmiş üçer adet pozisyon deliği ve elden kaymayı önlemek amacıyla ayrıca tırtıklar bulunmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.

GÖZ CERRAHİ EL ALETLERİ İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Ürün Adı	Adet
1	Barraquer-ColibriForceps, 0.12mm/90°	2
2	UtrataCapsulorhexisForcepssharptips	1

Op.Dr.Gürkan İDEN


Osman Celil


Amir İCAK
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Doç.Dr.Yasar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Op.Dr.AMİR İCAK
Dip. Tesis No: 178130
Göz Hastalıkları Uzmanı
