



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

23.03.2023

Sayı : E-68917221-949-211945431
Konu : Teklife Davet

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **1 ADET NÜKLEER RADYASYON ÖLÇÜM CİHAZI (ORTAM DOZİMETRE) ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **04.04.2023** tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	NÜKLEER RADYASYON ÖLÇÜM CİHAZI (ORTAM DOZİMETRE)	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm.Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyumaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Teknik Şartname ektedir.
- Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 - 215 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 6603DE39-192A-421E-9A8F-56EB7B2D7B52

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi:

Bilgi için: Şenay SAPMAZ
Tıbbi Sekreter

Telefon No: 04723126047 - 215



ELEKTRONİK DOZİMETRE 02 STANDARTLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Cihaz gamma ve X-ışınlarına duyarlı olacaktır.
- Cihaz radyasyon doz hızı ve radyasyon dozu ölçebilmelidir.
- Cihaz alarm seviyesini geçtiğinde sesli, görsel ve titreşimli uyarı vermelidir.
- Cihaz dijital (OLED) göstergeye sahip olmalıdır.
- Cihaz aşağıda verilen aralıklarda ölçüm yapabilmelidir.
- Cihaz kalibrasyondan sonra kabulü yapılacaktır.

Ölçme Aralığı:

Personel eşdeğer doz değeri Hp(10):0.1-10.000 μ Sv/h -17%-+25%, ISO IEC 61526 standardına uygunluğu kalibrasyon sertifikada gösterilmeli olmalı.
Personel gama ışıması eşdeğer doz Hp(10): 0.1-9999 mSv; -17%-+25%, ISO IEC 61526 standardına uygunluğu kalibrasyon sertifikada gösterilmeli olmalı.
Enerji aralıkları: 30 keV-3.0 MeV

- Cihazın ağırlığı yaklaşık 80 gr olmalıdır.
- Cihazın boyutları 70x55x22 den büyük olmamalıdır.
- Cihaz pilli veya şarj edilebilir olmalıdır.
- Cihaz aşağıda verilen menü işlevlerini yerine getirebilmelidir.

NUMUNE DEĞERLENDİRİLECEKTİR

Menü İşlevleri:

- Toplam Dozun görüntülenmesi,
- Toplam Dozun silinmesi,
- Doz Alarm seviyesinin görüntülenmesi ve değiştirilmesi,
- Doz hızı alarm seviyesinin görüntülenmesi ve değiştirilmesi.
- Anlık Dozun görüntülenmesi

Sertifikasyon

1-) X ışınları için N40 (33,3 keV), N80 (65,2 keV) ve N120 (83,3 keV) ve gama için Cs-137 kaynağı ile enerji tepkileri ISO IEC 61526 standardına uygun şekilde gösterilmeli.

2-) Doz hızı değerine ait doğrusallık Cs-137 gama kaynağı ile ISO IEC 61526 standardına uygun şekilde gösterilmeli.

Volkan Turker
Ad

Dr. Yağar Eryılmaz
Doğruşayışın Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Aysim YILDIZ
Biyofizik Uzmanı
T.C. Kimlik No: DR182382

Dr. Dicle BIRTANE
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Doğruşayışın Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Yağar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Dip. Tes. No: 178945