

TEKLİFE DAVET

29.03.2023

Sayı: 95

Konu: YÜKSEK DÜZEY DEZANFEKTAN

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.04.2023 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKTAN			500	Litre		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dezenfektan solüsyon, bakteriler (*Mycobacterium tuberculosis*, metisilin duyarlı ve dirençli stafilokoklar, enterokoklar, *Pseudomonas aeruginosa* ve *Acinetobacter* türleri de dahil olmak üzere dirençli gram-negatif basiller ve gram-pozitif koklar, vb.), mantarlar ve virüsler (hepatit B, hepatit C, HIV dahil) üzerinde öldürücü etkiye sahip olmalıdır.
2. Kuarterner amonyum, gluteraldehid, fenol ve klor içermemelidir. Ürün içeriği ve konsantrasyonu Ulusal ve Uluslararası Rehberlerde, kritik ve yarı kritik aletlerde, yüksek düzey dezenfektan olarak kullanımı kabul edilmiş olmalıdır.
3. Kullanıma hazır olmalı, sulandırılmadan kullanılmalıdır. Kullanıma hazır formunun içinde tortu bulunmamalıdır.
4. Solüsyonun dezenfektan aktivitesinin "test stripleri" kullanılarak test edilmesi mümkün olmalıdır. Dezenfektana ait test stripleri pH ölçer değil, kimyasal tepkime ile minimum etkin konsantrasyonu ölçen (MEK) stripler olmalıdır. MEK seviyesi 0.3 seviyesine indiğinde strip renk değiştirerek bilgi vermelidir. Striplere ait şişe üzerinde bir renk skalası bulunmalıdır. Bunları kanıtlayan belgeler ihale dosyasına koyulmalıdır. **Her 5 litre için 20 test stribi firma tarafından ücretsiz olarak temin edilmelidir.**
5. Her tür cerrahi aletin, anestezi aksesuarlarının (maske,ambu vb.) ve Fujinom, Pentax, Storz, Olympus, ACMI gibi iyi bilinen markalara ait tüm endoskoplara dezenfeksiyonu için uygun olmalı, paslanma, korozyon, endoskop kılıflarında yumuşama-renk değişikliği, vb. zedelenmeye neden olmamalıdır. Firmalar endoskoplarda dezenfektandan dolayı meydana gelebilecek zararı karşılayacağına dair taahhüt belgelerini ihale dosyasında sunmalıdır. Ayrıca bu özelliği kanıtlayan, yukarıda adı geçen en az bir endoskop firmasından alınan orijinal raporlar, fiyat teklifi ile birlikte, ihale dosyasında sunulmalıdır (endoskoplara ilgili raporların, endoskobu üreten firma tarafından düzenlenen orijinal rapor olması özelliği aranacaktır).
6. *M. tuberculosis* hariç birinci maddede belirtilen diğer mikroorganizmalar üzerindeki etki süresi <15 dakika olmalıdır. Bu etkinliği kanıtlayan orijinal raporlar, fiyat **teklifi ile birlikte**, ihale dosyasında sunulmalıdır.
7. En az on gün tam etki süresine sahip olmalıdır.
8. Toksik veya iritan etkisi olmamalıdır. Rahatsız edici kokusu olmamalıdır. Teklif veren firmalardan, şartnameye uyan ürünler için uzman üyenin belirlediği sayıda numune istenecektir. Her firmadan eşit sayıda numune istenecek ve istenen miktarda numune getirmesi için firmalara 1 hafta süre verilecek. Bu süre içinde numune teslim etmeyen firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler uzman üyenin uygun gördüğü ünitelerde sağlık personeline kullanılacaktır. Sağlık personelinin ürün hakkında görüşleri, o ünitenin sorumlu hemşiresi ve/veya hekiminden uzman üye tarafından yazılı belge ile alınacaktır. Ürün seçiminde sağlık personelinin, ünite uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate alınacaktır.
9. Nötralizasyon maddesi olarak glisin kullanımında her 5 litre solüsyon için en az 30 gramlık ambalajlar halinde firma tarafından hastaneye teslim edilecektir.
10. Raf ömrü en az iki yıl, hastaneye teslim tarihi itibarıyla en az 18 ay olmalıdır.
11. 2-10 litrelik PVC içermeyen bidon ambalajlarda sunulmalıdır.
12. İstenen raporlar fiyat teklifi ile birlikte ihale dosyasında bulunmayan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Patnos Devlet Hastanesi
Ameliyathane Sorumlusu
Hemşiresi
Selma TÜRE