

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

Sayı: 125

30.03.2023

Konu: HEMODİYALİZ CİHAZLARI YEDEK PARÇA ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.04.2023 saat: 09:00 'a kadar tutak.satinalma@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

MURAT DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HEMODİYALİZ CİHAZI AKIŞ POMPA MOTORU DİŞLİSİ			1	Adet		
2	HEMODİYALİZ SOLENOİD VALFİ			2	Adet		
3	HEMODİYALİZ CİHAZI BASINÇ DÜŞÜRME VALFİ			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

Tutak Devlet Hastanesi Personel Birimi

Van yolu üzeri Tutak/AĞRI

(Faks No: 0 (472) 4112083

İnternet Adresi:

Bilgi: Ayşe BALTA

Unvanı : Tıbbi Sekreter

E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr

GEAR PUMP PPS COMPLETE 4008/5008/S TEKNİK ŞARTNAMESİ
(1 ADET)

- 1.FRESENIUS MARKA 4008S/B HEMODİYALİZ CİHAZINA UYGUN OLMALIDIR.
- 2.PARÇA ORJİNAL OLMALIDIR.
- 3.PARÇA 0-3.5 BAR BASINÇ ÜRETMELİ
- 4.90 DERECE ISIYA DAYANIKLI YAPIDA OLMALI.
- 5.BİR GİRİŞ BİR ÇIKIŞ OLMALI.
- 6.PARÇA İÇİNDE BASINÇÜRETMEME YARAYAN RİNG MANGET OLMALIDIR.

SOLENOID VALVE 1 VE 2 PORT TEKNİK ŞARTNAMESİ
(2 ADET)

- 1.FRESENIUS MARKA HEMODİYALİZ CİHAZINA UYGUN OLMALIDIR.
- 2.ORJİNAL PAKETİNDE OLMALIDIR.
- 3.BİR GİRİŞ BİR ÇIKIŞ ÖZELLİĞİNE SAHİP OLMALIDIR.
- 4.24V İLE ÇALIŞILMALIDIR.

RELIEF VALVE COMPLETE 4008/4008S TEKNİK ŞARTNAMESİ
(2 ADET)

- 1.FRESENIUS MARKA HEMODİYALİZ CİHAZINA UYGUN OLMALIDIR.
- 2.1 BAR GİRİŞ OLMALIDIR.
- 3.3 BAR ÇIKIŞ OLMALIDIR.
- 4.SUYUN BASINCI AYARLAYABİLME ÖZELLİĞİ OLMALIDIR.

İlknur Ögü
Diyaliz Temsini
[Signature]

Hamaa Isik
Diyaliz Teknikeri
[Signature]

Melisa Pancar
Diyaliz Teknikeri
[Signature]