

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

28.04.2023

Sayı: 313

Konu: 4 KALEM DAMAR ASKI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.05.2023 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | Malzeme Adı | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|---------------------|--------------------------|----------|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| 1 | NAYLON TAPE 1,5MM X 70CM | | | 30 | Adet | | |
| 2 | NAYLON TAPE 2MM X 70CM | | | 30 | Adet | | |
| 3 | NAYLON TAPE 3MM X 70CM | | | 30 | Adet | | |
| 4 | NAYLON TAPE 6MM X 70CM | | | 30 | Adet | | |
| Genel Toplam | | | | | | | |

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler elden ve mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedii) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

DAMAR ASKISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Silikon malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 2.Damar askısı olarak kullanılacaktır.
- 3.Vücutta yabancı cisim reaksiyonu göstermeyecektir.
- 4.Poşette iki adet olacaktır.
- 5.Steril olmalıdır.
- 6.Kırmızı, Mavi, Beyaz, Sarı renkleri olmalıdır.
- 7.Her renk için maxi ve mini boy seçenekleri olmalıdır.

Sibel BOLAN



Op. Dr. Ferit ÇETİNKAYA
Kalp ve Damar Cerrahisi
Uzm. Tıp. Sp. 138935
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi