

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

28.04.2023

Sayı: 315

Konu: 5 KALEM ÜÇ PARÇALI KATLANABİLİR GÖZ İÇİ LENSİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.05.2023 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HİDROFİLİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(INTRAOKÜLER LENS) , +24.0D (+0,5D)			5	Adet		
2	HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(INTRAOKÜLER LENS) , +20.0D (+0,5D)			5	Adet		
3	HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(INTRAOKÜLER LENS) , +21.0D (+0,5D)			5	Adet		
4	HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(INTRAOKÜLER LENS) , +22.0D (+0,5D)			10	Adet		
5	HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(INTRAOKÜLER LENS) , +23.0D (+0,5D)			10	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler elden veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler sipariştten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

## KATLANABİLİR GÖZİÇİ LENSİ ÜÇ PARÇALI

- MAVİ RENKLİ PMMA HAPTİKLERE SAHİP OLMALIDIR.
- AKRİLATMETAKRİLAT OPTİĞE SAHİP OLMALIDIR.
- HİDROFOBİK YAPIDA (Akrilat-metakrilat) OPTİĞE SAHİP OLMALI. (SIVI İLE DOLDURULMUŞ FLAKONLAR İÇİNDE OLMAMALIDIR.)
- REFRAKTİF İNDEKSİ 1,50 ve üzeri olmalıdır.
- TOPLAM LENS UZUNLUĞU 13.0 mm OLMALIDIR.
- UV KORUYUCU OLMALIDIR.
- BİKONVEKS 6.0 mm OPTİK ÇAPINDA OLMALIDIR.
- OPTİK HAPTİK DÜZLEMİ ARASINDA 5 VE 10 DERECELİK AÇIYA SAHİP OLMALIDIR.
- ÖN KAMARA DERİNLİĞİ EN AZ 5,20 mm OLMALIDIR.
- A SABİTİ 118,0-118,4 OLMALIDIR.
- 6-30 DİOPTİRİ ARASINDA TÜRKİYE PAZARINDA STOKLU OLMALIDIR.
- TEKLİF VEREN FİRMANIN ÜRETİMİNDE NEGATİF DİYOPTRİLERDE OLMALIDIR.
- ISO BELGESİNE SAHİP ÜRETİCİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
- TİTUBB KAYDI OLMALIDIR.
- LENSLE İLE BİRLİKTE BİREBİR KARTUŞ TESLİM EDİLMELİDİR.

T.C. Sağlık Bakanlığı  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Op. Dr. Fatih ÇOBAN  
Göz Hastalıkları Uzmanı  
Dip. Tes. No: 189116 / 160478

Doç. Dr. Yavuz ORUÇ  
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 127714 - Uzm. Tes. No: 106264

Dr. Öğr. Üyesi Ebru KARATAŞ  
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı  
Dip. Tesch. No: 181982 Uzm. Tes. No: 112575