

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

28.04.2023

Sayı: 316

Konu: 6 KALEM KATLANABİLİR GÖZ İÇİ LENSİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.05.2023 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR TEK PARÇA İOL(INTRAOKÜLER LENS) , +20.0D (+0,5D)			10	Adet		
2	HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR TEK PARÇA İOL(INTRAOKÜLER LENS) , +21.0D (+0,5D)			20	Adet		
3	HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR TEK PARÇA İOL(INTRAOKÜLER LENS) , +22.0D (+0,5D)			25	Adet		
4	HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR TEK PARÇA İOL(INTRAOKÜLER LENS) , +23.0D (+0,5D)			30	Adet		
5	HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR TEK PARÇA İOL(INTRAOKÜLER LENS) , +24.0D (+0,5D)			25	Adet		
6	HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR TEK PARÇA İOL(INTRAOKÜLER LENS) , +25.0D (+0,5D)			20	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler elden veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Tif: Fax: e_mail: Hız.ELİF YARIKAN Dahili:

Sayfa 1

- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden deęerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde deęerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

KATLANABİLİR GÖZİÇİ LENSİ: (SA 60 AT)

- MONOBLOK (TEK PARÇADAN MAMUL) AKRİLAT METAKRİLAT'TAN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
- HİDROFOBİK YAPIDA OPTİĞE SAHİP OLMALIDIR. (SIVI İLE DOLDURULMUŞ FLAKONLAR İÇİNDE OLMAMALIDIR.)
- REFRAKTİF İNDEKSİ 1.50 VE ÜZERİ OLMALIDIR.
- TOPLAM LENS UZUNLUĞU 13.0 mm OLMALIDIR.
- UV KORUYUCU OLMALIDIR.
- ANTERİÖR ASİMETRİK BİKONVEKS OPTİK YAPISINDA OLMALIDIR.
- 6.0 mm OPTİK ÇAPINDA OLMALIDIR.
- OPTİK HAPTİK DÜZLEMİ ARASINDA AÇI OLMAMALIDIR.
- ÖN KAMARA DERİNLİĞİ 5,0 mm OLMALIDIR.
- A SABİTİ 118,4 OLMALIDIR.
- 6-40 D (+6-30 D arası 0.5 D aralıklarla; 30-40 D arası 1.0 D aralıklarla) ARASINDA TÜRKİYE PAZARINDA STOKLU OLMALIDIR.
- ISO BELGESİNE SAHİP ÜRETİCİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
- İSTENİLDİĞİNDE ALIM ADETİNİN %3 KADAR ÜÇ PARÇALI LENS İLE DEĞİŞİM YAPILABİLİR.

T.C. Sağlık Bakanlığı
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op. Dr. Fatih COBAN
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 189115 / 160478

Doç. Dr. Yavuz ORUÇ
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 12771 / 108264

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi KARATAŞ
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 181982 / 142375