

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

28.04.2023

Sayı: 810

Konu: CİLT STAPLERİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.05.2023 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	CİLT STAPLERİ 35 LİK			500	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden  
.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler elden ve mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) imalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

## GENİŞ CİLT STAPLERİ

1. Disposable olmalıdır.
2. Cilt kapatmak için kullanılmalıdır.
3. Staplerin içerisinde 35 adet paslanmaz çelik zımba bulunmalıdır.
4. Zımba telinin çapı 0,56 mm olmalıdır.
5. Zımbalar dikdörtgen şekilde kapanmalıdır.
6. Zımbanın ateşlenmeden önceki genişliği 13 mm, bacak boyu 3,25 mm olmalı; ateşlendikten sonra 6.5 mm genişliğinde ve 4.1 mm yüksekliğinde kapanmalıdır.
7. Tek elle kullanıma uygun olmalıdır.
8. Zımbanın cilde uygun yerleştirilebilmesi için staplerin ucunda yeşil ok işareti bulunmalıdır.
9. Staplerin içerisindeki son 5 ve 15 zımbanın tespit edilebilmesi için şaftın üzerinde numaralandırılmış şeffaf pencere olmalıdır.
10. Stapler çoklu açılardan ateşlenebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
11. Zımbanın kapanmadan önceki düz sırtı ve katlanma çukurlu yapısı düzgün stapler kapanması sağlamalıdır.
12. Paslanmaz çelik zımbaların içeriği; Carbon 0.03%, Chrome 16.0 -19.0%, Nickel 10.0 -15.5%, Manganese 2.0%, Silicon 1.0%, Sulphur 0.03%, Phosphorus 0.045%, Molybdenum 2.0 - 3.0%, Nitrogen 0.10%, Copper 0.50%,Iron Balance olmalı ve katalog üzerinde gösterilmelidir..
13. Steril paketli malzeme en az 1 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri steril paket üzerinde orijinal baskı ile belirtilmelidir.
14. Teklif veren firma portföyünde aynı markaya ait stapler çıkarıcı bulunmalıdır; bu katalog üzerinden gösterilebilmelidir.
15. Ürün UBB'na kayıtlı olmalıdır.
16. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
17. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
18. Yukarda belirtilen tüm özellikler komisyon üyeleri tarafından ürün numunesi, katalog veya kullanım kılavuzu üzerinde tek tek değerlendirmeye alınacak, gerek görüldüğü takdirde numuneler maket ya da doku üzerinde denenecek ve sonrasında uygunluk verilecektir. Bu özelliklerden herhangi birini sağlamayan ürün ihale dışı kalacaktır.

Enver Kalyan

Harap Haysan