



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DH İDARİ VE MALİ
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE
MALİ İŞLER BİRİMİ
2.05.2023 10:10:31 E:68917221-949-214551950
214551950



Sayı : E-68917221-949-214551950
Konu : Teklife Davet

02.05.2023

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ ECZANE VE TIBBİ SARF BİRİMİ İÇİN 15 ADET ISI NEM ÖLÇER CİHAZI ALIM İŞİ 4734** sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **09.05.2023 tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

BÜLENT ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZLARI, AŞI/SOĞUK ZİNCİR SICAKLIK NEM TAKİP SİSTEMİ (SMS)	ADET	15		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

1. Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın Alma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
4. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
5. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
6. Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
9. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
10. Teknik Şartname ektedir.
11. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47-215 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: E1B09D71-6892-4D52-8342-57DC9ACDBD97

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi:

Bilgi için: Dursun DİNLER
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşlt.

Telefon No: 04723126047 - 215



SMS'Lİ ISI NEM ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 1 adet ısı nem ana cihazı olmalıdır.
2. Isı nem ana cihazına bağlı olarak aparatlar olabilir
3. Varsa microSD card girişi ile veri kaybının engellemeli, kesintisiz veri kayıt imkanı sağlamalıdır.
4. Ana cihaz için beslenme adaptörü bulunmalıdır. Adaptör 12V gücünde olmalıdır.
5. Ana cihaz için gerektiğinden Ethernet kablo giriş yuvası bulunmalıdır.
6. Cihazın üzerinde varsa Kablosuz/Wifi/Bluetooth özelliği olmalıdır.
7. Gerekli durumlarda sesli arama bildirim imkanı olmalıdır.
8. 2 yıllık sınırsız SMS bildirim olmalıdır.
9. 2 yıllık sınırsız e-posta bildirim olmalıdır.
10. SMS ve e-posta bildirimleri 2 yıl sonra bitmesiyle firma ile tekrar görüşülüp anlaşma yapılabilirdir.
11. Varsa sınırsız mobil uygulama bildirim (Android ve IOS işletim sistemleri içinde geçerli) olmalıdır.
12. 2 yıllık ücretsiz kalibrasyon hizmeti olmalıdır.
13. Montaj ve kullanım dokümanı bulunmalı, gerektiğinden firma personeli ile montaj ve oluşabilecek sorunlar için irtibata geçilmelidir.
14. Bağlantı ve sabitleme parçaları kutu içerisinde bulunmalıdır.
15. Sıcaklık sensörü -55°C ile +125°C arasında göstermelidir.
16. Cihazın hem masaüstü hem web olarak excel raporu alınabilmelidir.
17. Sıcaklık sensörleri duyarlılığı $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ olmalıdır.
18. Nem sensörü %0,1-99.9 RH arasında göstermelidir.
19. Nem sensör duyarlılığı $\pm 1\% \text{RH}$ arasında göstermelidir.
20. Dahili hoparlör ve ışıklı lcd göstergesi cihazlar üzerinde olmalıdır.
21. Ürünlerin 2 yıl garanti süresi bulunmalı garanti süresince cihazın tamiri, onarımı ve yedek parça temini firmaya ait olmalıdır.
22. Cihazın UBB kaydı bulunmalıdır.
23. 1 adet numune Biyomedikal depoya önden gönderilerek numune değerlendirilmesi yapıldıktan sonra kabul işlemi gerçekleştirilecektir.
24. Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine göre uygun olmalıdır.

Emre YAVUZ
Eczacı
Dip.No:74.014

Ecz.İlhan DEMİR
Dip.No: 8047/37040
Tescilli Eczacı

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Zehra BAŞARCAN
Tescilli Eczacı