

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

04.05.2023

Sayı: 328

Konu: PEDIATRİK VE YETİŞKİN TARTI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 10.05.2023 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Ceydet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	AĞIRLIK - UZUNLUK ÖLÇÜM CİHAZLARI, DİJİTAL, PEDIATRİK HASTA AĞIRLIK ÖLÇÜM CİHAZI / TERAZİ			13	Adet		
2	AĞIRLIK - UZUNLUK ÖLÇÜM CİHAZLARI, DİJİTAL, YETİŞKİN HASTA AĞIRLIK VE BOY ÖLÇÜM CİHAZI			13	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler elden ve mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

Dijital Bebek Terazisi Teknik Şartnamesi

- Tartım kefesi geniş olmalıdır.
- Tartım sırasında bebeği kefedeki tutacak biçimde kefe iki taraflı yüksek kenarlara sahip olmalıdır.
- Geniş LCD ekrana sahip olmalıdır.
- 20 kg kapasiteli olmalıdır.
- 5 g hassasiyetle tartım yapabilmelidir.
- Hafıza fonksiyonu olmalıdır.
- Otomatik Kapanma özelliği olmalıdır.
- Kg ve lb olarak iki farklı birimde ölçüm yapabilmelidir.
- Dara fonksiyonu olmalıdır.
- Tartım sonucunu otomatik olarak sabitleme özelliği olmalıdır.
- Elektrik ve pille çalışabilmelidir.
- Kefe ölçüleri : 600 x 280 x 40 mm olmalıdır.
- Ağırlığı 2.6 kg olmalıdır.
- Üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
- Garanti süresi sonunda teknik servis güvencesi bulunmalıdır.

FİRA DÜRAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu

Emir KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

Boy Ölçerli Dijital Yetişkin Terazisi Teknik Şartnamesi

- 250 kg tartım kapasitesi olmalıdır.
- 50-100 g hassasiyet ile tartım yapabilmelidir.
- Hem elektrik (220V AC), hem de pil (4x1,5 VDC) ile çalışabilmelidir. Pilleri ve adaptörü ile birlikte verilmelidir.
- Kg ve lb olarak iki ayrı birimde tartım yapabilmelidir. Birimlerin birbirlerine dönüşümü bir tuş yardımı ile otomatik olarak yapılabilmelidir.
- Anne kucağındaki bebeği tartım özelliği olmalıdır.(Daralı tartım özelliği)
- Vücut-Kitle İndeks (BMI) göstergeli, Boy / Kilo oranı tayini özelliği olmalıdır.
- Ekranı dönebilme özelliği sayesinde hem kullanıcı, hem de hasta tarafından rahatça görülebilmelidir.(Terazide ekranında rakamların öne ve arkaya dönebilme özelliği)
- Ekrandaki değeri sabitleme (HOLD) ve dara alma özelliği olmalıdır.
- Boy ölçme çubuğu terazinin üzerine monte edilerek birlikte kullanılabilir. İstenildiğinde boy ölçme çubuğu duvara da monte edilebilmelidir.
- Boy Ölçme Çubuğu duvara monte edildiğinde 600 mm'den 2.100 mm'ye, teraziyeye monte edildiğinde, 910 mm'den 2.100 mm'ye kadar 1 mm hassasiyet ile ölçüm yapabilmelidir.
- Tekerlek sistemi sayesinde bir yerden bir yere kolayca taşınabilir olmalıdır.
- Kefe ölçüleri : standar olmalıdır.
- Terazinin ağırlığı standart olmalıdır.
- Üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
- Garanti süresi sonunda teknik servis güvencesi bulunmalıdır.

FİRAK DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu

EMİR KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu