

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

05.05.2023

Sayı: 338

Konu: YENİDOĞAN ACİL BİRİMİ İÇİN 3 KALEM AMBU VE T PARÇA CANLANDIRICI SETİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.05.2023 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Zevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PREMATÜR AMBU			20	Adet		
2	YENİDOĞAN AMBU			20	Adet		
3	T PARÇA CANLANDIRICI SETİ			300	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler elden veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

AMBU PREMATÜR VE PEDIATRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Cihaz ana torbası çift torba yapıda ve medikal silikondan yapılmış olmalı elle hakimiyet sağlayacak kadar hassas ,hissedebilir yapıda olup uygulamadan sonra en kısa sürede eski haline dönebilmelidir .
- 2-Bir den fazla kullanılabilir olmalıdır
- 3 hastada rahatsız edici koku veya madde solunumuna neden olmamalıdır .
- 4cihaz batone ,geçirge hacmi bebek prematür bebek tip için ortalama 350-750ml oksijen rezervuar hacmi 1500 ml olmalıdır
- 5tek yönlü güvenlik valfine sahip olmalıdır .
- 6- Kapalı tip oksijen rezervuar balonu cihazın arkasına yerleştirilmiş ve istenildiğinde söküp temizlenebilecek yapıda olmalıdır. Kolay yırtılmamak ve patlamamalıdır.
- 7) Cihaza yerleştirmeye uygun biçimde tasarlanmış küçük ve verimli hava miktarının basıncının gözlenmesini sağlayan manometre aygıtı bulunmalıdır.
- 8) Cihazın yapısında basınç limitleyici valf (40cm³ H₂O pressure- limiting valve) adı altında, bebek-çocuk akciğerlerine gönderilen havanın fazlasını atmosfere gönderilmesini sağlayan özel bir sisteme sahip olmalıdır.
- 9) Maska başahtı konektörü mekanizmayı iki yöne hareketlik döndürebilmesi için 36 derece dönen bir yapıda olmalıdır.
- 10) Cihazın maskesi hasta sekresyonların görülebilmesi için şeffaf ve yumuşak yapıda ayrıca yüze tam oturması için ergonomik olarak dizayn edilmiş, hava yastıklı ve sızırma valfine sahip olmalıdır
- 11) Cihazın tüm parçaları (O₂ Rezervuar Torbası dahil) 134 derecede buhar otoklavında sterilize edilebilmeli, temizleme için kullanılabilir durumda kullanılmalıdır
- 12) Set içeriği şu şekilde olmalıdır: 1 adet çift katlı medikal silikon yapıda cihaz ana torbası, 1 adet kapalı tip silikon oksijen rezervuar balonu , 1 adet oksijen rezervuar tüpü, 1 adet cihaza kolay monte edilebilecek basınç manometresi, 1 adet kanca silikon cuff'li transbran resusitatorlerde kullanımı uygun bebek-çocuk maskesi (2 adet no:0) 1 adet tüm ekipmanları kolayca taşınabilmesi için özel olarak dizayn edilmiş yarı seffaf sert yapıda bir el çantası içinde bulunmalıdır
- 13) Tüm ekipmanların temin ettiği üretici firmadan temin edilmiş, doğrultusunda yapılmalıdır.
- 14) İhale esnasında numune getirilmelidir
- 15) Malzemelerin en az 1 yıl garantili olmasıdır
- 16) Ambu cihazı kullanımı, teknik özellikleri ve saklama koşulları içeren Türkçe kitapçığı bulunmalıdır.

Alihan A. Özgür
Alihan A. Özgür
A

Alihan A. Özgür
Uzm. Dr. Alihan ÖZGÜR
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm.
Dip. Tez. No: 192198

T PARA CANLANDIRICI SETİ YENİDOĐAN TEKNİK ŐARTNAMESİ

1-Hasta devresi boltimde kullanılan Fisher ve paykel marka t paralı yenidođan resisusitasyon cihazında kullanıma uygun olmalı

2- set tek kullanımlık ve Őeffaf olmalıdır .

3-cihazda ayarlanan PEEP deđerinin ayar dđđmesi hasta solunum devresinde bulunan tparasının ¼zerinde hastaya en yakın yerde olmalıdır .

4 -hasta devresinin ¼zerinde bulunan delik sayesinde hastaya manuel olarak soluk verdirebilmelidir.

5-hasta devresi tek para inspirasyon hattından oluŐmalídır .kolayca cihaza takılıp ıkartılabilmelídır

6 .maske sete kolayca takılabilmelídır

7-maske bebeđe zarar vermeyen silikon ¼zellikte olmalıdır.

8-hasta devrelerinin tamamı ile birlikte cihaza ve hastanede kullanılan flowmetreye uygun en az 180 cm uzunluđunda 1 adet orijinal gaz besleme hortunu verilmelidir .

9- hasta devrelerinin tamamı ile birlikte pressure relief kapađı verilmelidir.

Ađđr. Emin ¼raŐtma Hastanesi
Uzm. Dr. Alper DOĐAKCIOĐLU
Gözet. Bađlıđı ve Hastalıkları Uzm.
Dr. T. C. NO : 152198