

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

10.05.2023

Sayı: 128

Konu: STEELCO DS 700 CERRAHİ ALET YIKAMA İÇİN YEDEK PERÇA ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.05.2023 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PT 1000 (Steelco ds 700 cerrahi alet yıkama için)			3	Adet		
2	BASINÇ ANAHTARI (Steelco ds 700 cerrahi alet yıkama için)71.73.beyaz			3	Adet		
3	SU SELENOİD VAİFİ (Steelco ds 700 cerrahi alet yıkama için)220 VOLT			4	Adet		
4	DOZAJ POMPASI İÇ LASTİĞİ (Steelco ds 700 cerrahi alet yıkama için)			4	Adet		
5	KAPAK CONTASI (Steelco ds 700 cerrahi alet yıkama için)			4	Adet		
6	KOL KÖR TAPA (Steelco ds 700 cerrahi alet yıkama için)			10	Adet		
7	KİMYASAL HORTUM (Steelco ds 700 cerrahi alet yıkama için)			10	Metre		
8	KİMYASAL ŞAMANDIRA (Steelco ds 700 cerrahi alet yıkama için)			2	Adet		
9	KİMYASAL FLOWMETRE (Steelco ds 700 cerrahi alet yıkama için)			2	Adet		
10	HAVA FİLTRESİ (Steelco ds 700 cerrahi alet yıkama için)			2	Adet		
11	KONTAKTÖR (Steelco ds 700 cerrahi alet yıkama için)			2	Adet		
12	12 VAC RÖLE			10	Adet		
13	RETİNGE YIKAMA REZİSTANSI (Steelco ds 700 cerrahi alet yıkama için)			4	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ Tlf: Fax: e_mail: Hız.RABİA CENGİZ YAŞAR Dahili:

Sayfa 1

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.



MERKEZ : Aso 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi
Alci Mah. 2036. Cad. No 1.
Sincan / Temelli Ankara

TEL : +90(312) 4334226
FAKS : +90(312) 4319122
E-mail: bilgi@ertuncozcan.com
Web : www.ertuncozcan.com
Whatsapp: +90(549) 3015875



ERTUNÇ ÖZCAN
Form No : F.07.05.06
Rev. Tarihi / No : 13.07.2010 / 04

TEKNİK SERVİS : Temelli Aso 2. Ve 3. Organize Sanayi Bölgesi
Alci (Osib) Mah. 2037. Cad No 16a Sincan-Ankara/Türkiye

TEKNİK SERVİS RAPORU

Seri No: 107310

ÜCRETLİ <input checked="" type="checkbox"/>	ÜCRETSİZ <input type="checkbox"/>	UZAKTAN ERİŞİM <input type="checkbox"/>	YERİNDE ONARIM <input type="checkbox"/>	FİRMADA ONARIM <input type="checkbox"/>
EĞİTİM <input type="checkbox"/>	MONTAJ <input type="checkbox"/>	TESLİMAT <input type="checkbox"/>	SERVİSE ALINDI <input type="checkbox"/>	
GARANTİ KAPSAMI İÇİNDE <input type="checkbox"/>	GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA <input checked="" type="checkbox"/>	BAKIM <input type="checkbox"/>		

TARİH: / /	BAŞLANGIÇ SAATI:	BITİŞ SAATI:	
MÜŞTERİ ADI : PATNOS DEVLET HASTANESİ		AGRI	
BÖLÜM : Sterilizasyon	E-mail :		
YETKİLİ :	TEL :		
SERİ NO	MARKA	MODEL	KÜNYE NO
1182001	Steelco	DS 700	1008475395

AÇIKLAMA

Yukarıda kimliği belirtilen cihazın aşağıda yazılı olan malzemelerin değişimi gerekmektedir (4 adet Malzeme)

- 1- 4 adet Su selenoid Valfi 220 Volt
- 2- 4 adet Derij pompası iç lastiği
- 3- 4 adet Kapak Contası
- 4- 10 Adet Kal Kontak
- 5- 10 metre Kimyasal hortum
- 6- 2 Adet Kimyasal Sanandir
- 7- 2 Adet Kimyasal Flowmetre
- 8- 2 Adet hava filtresi
- 9- 2 Adet Kontaktör
- 10- 10 Adet 12 VAC Röle
- 11- 3 adet pt 1000
- 12- 3 adet Basınç anahtarları (71, 73, beyaz)
- 13- 2 Adet Geringe yitkime Resistansı

FİRMA YETKİLİSİ / İMZA

Pecep Danacı

MÜŞTERİ YETKİLİSİ / İMZA

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE:

1. Kullanım hatası ve elektrik şebekesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
2. Garanti kapsamı dışında kalan ve arıza olmaksızın yapılan servis taleplerinde tüketici den servis ücreti alınır.
3. Garanti belgesi ibraz edilmeyen cihazlar için garanti dahilisi işlem yapılmaz.
4. Cihaza yetkili servis dışındaki kişiler tarafından müdahale edilmesi halinde garanti süresi sona erer.
5. Ürünün azami tamir süresi 30 iş günüdür.
6. Servis süresinin bitiminden itibaren 90 gün içerisinde servisten alınmayan ürünlerden servis sorumlu tutulamaz.

KAPAK CONTASI

- Steelco DS700 marka Alet Yıkama ve Dezenfeksiyon cihazına uyumlu olmalıdır.
- Deterjan, Tuz ve Kimyasallara Karşı Yüksek Dirençli Olmalıdır.
- Yumuşak Termoplastik Elastomer Maddeden Üretilmiş Olmalıdır.
- 90 °C sıcaklığa Dayanıklı Yapıda Olmalıdır.

Osman ÖZKOLCU
Sterilizasyon



DOZAJ POMPASI İÇ LASTİK

- Steelco marka Alet Yıkama ve Dezenfeksiyon cihazı dozaj pompasına uyumlu olmalıdır.
- Parça silikon esaslı olmalıdır.
- Asit bazlı kimyasallara dayanıklı olmalıdır.


Osman ÖZKOLCU
Sterilizasyon



SU VALFİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Steelco marka DS700 model yıkama cihazına uyumlu olmalıdır.
- Max. Dayanabileceği Su Basıncı : 0.80 Mpa olmalıdır.
- 0.80 mPA basınçta dakikada 28 Litre geçişe izin vermelidir.
- Dayanabileceği Su sıcaklığı: 80 C° olmalıdır.
- 220 VAC ile çalışmalıdır.
- Giriş ¾" çıkış hortum ağızlı olmalıdır.

Osman ÖZKOLCU
Sterilizasyon



SEPET KOLU UÇ APARATI

- Steelco DS800 marka Alet Yıkama ve Dezenfeksiyon cihazı yükleme sepetine uyumlu olmalıdır.
- Parça polyamide alaşımli olmalıdır.
- Asit bazlı kimyasallara dayanıklı olmalıdır.
- 90 °C ısıya dayanıklı olmalıdır.

Osman ÖZKOLCU
Sterilizasyon



KİMYASAL ŞAMANDIRA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Steelco marka alet yıkama ve dezenfeksiyon cihazına uyumlu olmalıdır.
- Cihazda kullanılan kimyasallara direnç gösterecek yapıda olmalıdır.
- Halka mıknatıs donanımlı olmalıdır.
- Çalışma sıcaklığı aralığı -10 °C ile +85 °C olmalıdır.
- Çalışma basıncı 0,2 MPa olmalıdır.
- Kontak direnci 100 mΩ olmalıdır.


Osman ÖZKOLCU
Sterilizasyon



KİMYASAL HORTUM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Steelco marka Alet Yıkama ve Dezenfeksiyon cihazı dozaj pompasına uyumlu olmalıdır.
- Parça silikon esaslı olmalıdır.
- Asit bazlı kimyasallara dayanıklı olmalıdır.

Osman ÖZKOLCU
Sterilizasyon



Getinge Yıkama - Dezenfektör Cihazı Isıtıcı Rezistansı Şartnamesi


- Getinge Yıkama Dezenfektör Cihazları 46-4 model cihaza uygun olmalıdır
- Paslanmaz malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Çalışma gerilimi 380 V olmalıdır.
- Çalışma direnci 9,5 ila 9,7 KW aralığında olmalıdır.

Osman ÖZTÜRK
ÖZTÜRK

KONTAKTÖR ŞARTNAMESİ

- NORMALDE AÇIK KONTAK ÖZELLİĞİ İLE ÇALIŞMALIDIR
- 3 ANA 1 YARDIMCI KONTAĞI BULUNMALIDIR
- 220 VDC ENERJİ İLE TETİKLENE BİLİR ÖZELLİĞİ OLMALIDIR
- RAY SİSTEME UYGUN TABANA SAHİP OLMALIDIR
- MANÜEL KONTAKLAMA BUTONU ÜZERİNDE MEVCUT OLMALIDIR

Osman ÖZYOĞU




STEELCO HAVAFİLTRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Steelco marka yıkama ve dezenfeksiyon cihazına uyumlu olmalıdır.
- **HEPA** spesifikasyon toz tutma geçirgenlik 0.5 µm olmalıdır.
- Partikülleri en az %99,7 oranında temizlemelidir.
- Hepafiltre ünitelerinde filtrelerden önce birincil filtre olarak kullanılmaktadır.

Osman ÖZOLCU



RÖLE ŞARTNAMESİ

- 1) 220 V TEK KONTAKLI OLMALIDIR.
- 2) BEŞ ADET BAĞLANTI UCU OLMALIDIR.

Osman ÖZTÜRK


BASINÇ ANAHTARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Steelco marka DS1000 model yıkama cihazına uyumlu olmalıdır.
- 3-5 mBar aralığında çalışmalıdır.
- Tek kontak ve 12vdc - 24vdc çalışmalıdır.

Osman ÖZTÜRLÜ


KİMYASAL FLOWMETRE

- Steelco marka cihaza uyumlu olmalıdır.
- Akış aralığı min. 0,003 LPM max. 0,2 LPM olmalıdır.
- Dezenfektan, alkalın, n6trolizan ve asid gibi sıvılara karşı dayanıklı olmalıdır.
- Parçanın materyali PDVF den 6retilmiř olmalıdır.
- Proses konnekt6r6 2 x G 1/8" male giriřli olmalıdır.
- Elektrik konnekt6r6 3 pinli olmalıdır.
- Voltaj kaynađı 5-24 VDC olmalıdır.
- Çıkıř akımı max. 25 mA olmalıdır.

HEPA FİLİRE

- Mevcut cihaza uygun olmalıdır.
- Max. 0.5 µm %99.99. geirgenliđe sahip olmalıdır.
- Bađlantı 1/2" olmalıdır.

Osman 6ZYOGLU

MERKEZ: ASO 2. ve 3. Organize Sanayi B6lgesi Alcı (OSB) Mah. 2036. Cad. No: 1 06930 Sincan - Temelli - ANKARA
Tic. Sicil No: 18338 Mersis No: 1721029547800017

Tel: +90 312 433 42 26 | Faks: +90 312 431 91 22 Polatlı V.D. T. C. Kimlik No: 172 102 95478

řUBE: 46. Sokak No: 23 D.1 ađla Apt. Ukuyular - İZMİR Tel: +90 232 248 35 00 | Faks: +90 232 248 35 01

řUBE: Osmangazi Mah. Abdulkadir Aksu Bulvarı Tuđe Sitesi B Blok No: 178/B GAZİANTEP Tel: +90 342 360 79 71 | Faks: +90 342 360 79 72

řUBE: ASO 2. ve 3. Organize Sanayi B6lgesi Alcı (OSB) Mah. 2037. Cad. No: 16/A Sincan - Temelli - ANKARA

Tel: +90 312 502 05 28 | Faks: +90 312 502 05 34

e-mail: info@ertuncozcan.com | www.ertuncozcan.com

PT1000 ŞARTNAMESİ

- A sınıfı kalitede olmalıdır.
- 0-200 C° arası çalışabilmeli
- Hücre içerisindeki sıcaklığı 4 br basınç altında okuyabilmeli
- Sıcaklık göstergesi 4 haneli olmalıdır.
- Çift Dirençli olmalıdır.

Osman ÖZKOLCU



PT100 ÇEVİRİCİ ŞARTNAMESİ

- 5 voltla çalışmalıdır.
- 0-200 C° arası çalışabilmeli
- Hücre içerisindeki sıcaklığı 4 br basınç altında okuyabilmeli
- Sıcaklık göstergesi 4 haneli olmalıdır.
- Ray tipi olmalıdır.

Osman ÖZKOLCU

