

TEKLİFE DAVET

09.05.2023

Sayı:126

Konu: ADSM 10 KALEM MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.05.2023 saat: 11:00 'a kadar [patnosdh@hotmail.com](mailto:patnosdh@hotmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SİMAN FULVARII			100	Adet		
2	AYNA SAPI/			100	Adet		
3	RETRAKSİYON SETİ, İP, 0 NUMARA			2	Adet		
4	RETRAKSİYON SETİ, İP, 1 NUMARA			2	Adet		
5	K TİPİ KANAL EĞESİ 10 NUMARAA			75	Paket		
6	K TİPİ KANAL EĞESİ 15 NUMARA			100	Paket		
7	ELMAS ROND FREZ (AERATÖR İÇİN)(SİYAH KUŞAK)			40	Paket		
8	ELMAS ROND FREZ (AERATÖR İÇİN)(SARI KUŞAK)			20	Paket		
9	ENDOBLOK			8	Adet		
10	DENTAL TORCH			4	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

#### DENTAL KANAL EĞESİ ŞARTNAMESİ (15 NUMARA K TİPİ) (PAKET):

- Kanal eğeleri orijinal 6 lık paketlerde sorti olarak bulunmalıdır.
- Eğelerin boyları 25 mm olacaktır.
- Eğeler K tipi ege olmalıdır
- Paslanmaz çelik olmalıdır.
- Korozyona dirençli olmalıdır
- Uniform yapıda olmalıdır.
- Eğeler keskin olmalıdır.
- 135 derece santigratta otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmalıdır.
- Elle kullanılan tipi olmalıdır.
- Sorti olmalıdır
- Üzerinde stoperleri olmalıdır.
- Ürünün Sağlık Bakanlığı'na ve ÜTS'ye kayıt bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır.
- Numune verilecektir.

#### DENTAL KANAL EĞESİ ŞARTNAMESİ (10 NUMARA K TİPİ) (PAKET):

- Kanal eğeleri orijinal 6 lık paketlerde sorti olarak bulunmalıdır.
- Eğelerin boyları 25 mm olacaktır.
- Eğeler K tipi ege olmalıdır
- Paslanmaz çelik olmalıdır.
- Korozyona dirençli olmalıdır
- Uniform yapıda olmalıdır.
- Eğeler keskin olmalıdır.
- 135 derece santigratta otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmalıdır.
- Elle kullanılan tipi olmalıdır.
- Sorti olmalıdır
- Üzerinde stoperleri olmalıdır.
- Ürünün Sağlık Bakanlığı'na ve ÜTS'ye kayıt bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır.
- Numune verilecektir.

#### ENDOBLÖK (ENDOCETVEL) ŞARTNAMESİ (ADET)

1. Endodontik kök kanal eğesi çalışma boyutu ölçümü amacıyla dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Üzerinde 12 mm ile 27,5 mm arasında her 0,5 mmde bir kanal eğesinin hızlı ölçümü için hazırlanmış boyutlu delikler olmalıdır.
3. Ayrıca yan yüzünde 30 mm'lik, lastik stoper yerleştirebilecek bir girintisi olan bir cetvel daha olmalıdır.
3. Üretimi Avrupa menşeli olmalı, firma adı ve üretim yeri üzerinde belirtilmelidir.
4. Numune verilecektir.

Diş Helimi  
Halime İZCİ  
Sotus

### AYNA SAPI ŞARTNAMESİ (ADET)

- Ayna başı ile uyumlu paslanmaz çelikten olmalıdır.
- Aletin üzerinde üretici firma logosu olmalıdır. Üzerinde markası ve numarası silinmez bir şekilde yazılı olmalıdır.
- Tekrarlanan sırası ile ön temizlik, temizlik ve sterilizasyon(gereğinde dezenfeksiyon) işlemleri ve işlemler esnasında kullanılan solüsyonlara karşı dayanıklı, korozyona uğramayan, sararmayan ve paslanmayan yapıda olmalıdır.
- Ergonomik, tutuş rahatlığı sağlayan, elle tutulan kısımları düz ve elden kaymayacak şekilde yüzeyi fazla miktarda girinti çıkıntı barındırmayan, ne çok ağır ne çok hafif olmamalıdır.
- Orijinal ambalajında olmalıdır.
- Tepe kısmı perküsyon muayenesine uygun düzlükte ve genişlikte olmalıdır.
- Kimyasal analiz ve sertlik ölçüm raporları olmalıdır.
- Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır.
- Alım yapılmadan önce numuneler teste tabi tutulacaktır.
- Yukarıda bahsi geçen tüm bu hususlara uyan malzemelerin alımı yapıldıktan sonra iki yıl süre ile herhangi bir sorun yaşanması halinde yenisi ile değiştirilmesi teminatı verilecektir.

### FREZ AERATÖR İÇİN ELMAS ROND ŞARTNAMESİ (PAKET)

- Blok halinde olmalı ve elmas yüzeyle aeratöre takılan uç arasında boğum olmamalıdır.
- Siyah bantlı olmalıdır.
- Elmas frezlerin elmas grenleri belirgin ve parlak olmalıdır ve frezler elmas grenlerine göre renklerinden ayırt edilebilmelidir.
- Frezlerin kullanım hızı 300.000-450.000 devir/dakika arasında olmalıdır.
- Frezler ambalajlı olmalıdır ve frezin çap ve boyutu ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.
- 135 0 C da otoklav ve kuru hava sterilizatöründesteril edilebilmelidir. Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalıdır.
- Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır.
- Frezler, tüm modelleri gösteren canlı bir katalogdan komisyon tarafından seçilecektir. Bu katalog firma tarafından ihale aşamasında teslim edilecektir.
- Elmas frezlerin ambalajlarının üzerinde markası, model numarası ve frezin elmas kısmının kalınlığını gösterir numara, lot numarası, CE işareti ve akredite eden kuruluşun numarası ve dayandığı maksimum hızı gösterir sayı olmalıdır.
- Ebatları ve şekilleri muayene komisyonunca seçilecektir
- Elmas frezlerin ambalajlarının üzerinde markası, model numarası ve frezin elmas kısmının kalınlığını gösterir numara, lot numarası, CE işareti ve akredite eden kuruluşun numarası ve dayandığı maksimum hızı gösterir sayı olmalıdır.
- Ebatları ve şekilleri muayene komisyonunca seçilecektir.

### FREZ AERATÖR İÇİN ELMAS LABUT ŞARTNAMESİ (PAKET)

- Orijinal ambalajında olacak, sonradan ambalajlanmış olmayacaktır.

Dis Helmi  
Helmi işci  
Hokur

- Sarı, Yeşil, Kırmızı ve Siyah bant seçenekleri olmalı, SEÇİM ÜRÜNLER TESLİM EDİLİRKEN YAPILACAKTIR.
- Aeretör için kullanımı uygun olmalı
- Frezin uluslar arası çap ve boyutunu gösteren kod numaraları ambalaj üzerinde bulunacaktır.
- Değişik boy ve formlarda kullanım amacına uygun olacaktır.
- Labut tipinde kompozit bitim frezi olacaktır. Ebatlar muayene komisyonu tarafından seçilecek ve gerektiğinde değiştirilecektir.
- 135 santigrad derecede otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir.
- Alet ve yüzey dezenfektanlarına uygun olmalı ve korozyona uğramamalıdır.
- Blok halinde olmalı ve elmas yüzeyle aeratöre takılan uç arasında boğum olmamalıdır.
- Orjinal ambalajında olmalı.
- Ambalajı üzerinde marka, menşei, CE belgesi olmalıdır.
- Satılma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

#### RETRAKSİYON İPİ ŞARTNAMESİ (ADET)

- Orta boy olmalıdır.
- %100 kotondan yapılmalıdır.
- Örme zincirli olmalıdır.
- Doku düzenleme tekniklerinde, ölçü almada kullanılmalıdır.
- Aluminyum klorid, aluminyum içeren solüsyonlarla kullanılmalıdır.
- Tüm ferik sülfat ve demir içeren hemostatik solüsyonlarla kullanılmalıdır.
- Ön bölge dişlerinde kullanılmalıdır.
- Kardiyovasküler sorunlara neden olmamalıdır.

#### TÜKÜRÜK EMİCİ (SUCTION) ŞARTNAMESİ (PAKET)

- Disposable ve plastik olmalıdır.
- Uygun form verildikten sonra tükürük emme özelliğini kaybetmemeli ve yumuşak dokulara zarar vermeyecek şekilde plastik iyi işlenmiş olmalıdır.
- Fleksibil değildir.
- İçinden tel geçirilmiş olmalıdır.
- Uçları kolaylıkla çıkmamalıdır.
- Verilen formu kolaylıkla kaybetmemelidir.
- Boyu 14 cm artı/eksi 0,05 mm olacak, tükürük emicilerin hepsi standart boyda düzgün kenarlara sahip olmalıdır.

DR. Helmi  
Helmi  
İçerici  
Helmi

- Boyu 14 cm artı/eksi 0,05 mm olacak, tükürük emicilerin hepsi standart boyda düzgün kenarlara sahip olacak.
- Kokusuz olmalıdır

#### **DENTAL TORCH ŞARTNAMESİ (ADET)**

- Klinik de kullanılacak tipte olmalıdır.
- Piyasada satılan Çakmak gazlarını kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- 180 gr ağırlığında olmalıdır
- Ürün üzerinden Alev azaltma ve çoğaltma işlemi yapabilmelidir.
- Ürünün tezgah üstünde durabilmesi için altlığı olmalıdır.
- Ürünün gazı dolu olmalıdır.

#### **SİMAN FULVARI ŞARTNAMESİ (ADET)**

- Alet paslanmaz çelikten olmalıdır .
- Aletin sapları ilaçların yapışmaması için pürüzsüz düz kolay temizlenebilir olmalı.
- İnce olmalı.

Dr. Helvan  
Helvan İnce  
Helvan

TUTANAKTIR

Patnos Ağız ve Diş Sağlığı hastanesinde birimlerden kullanılmak üzere istemi yapılan malzemeler acil ihtiyacımız olup alımın yapılması gerekmektedir.

Diş Hekimi  
Helime İZCİ  
