

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

12.05.2023

Sayı: **855**

Konu: MİNDRAY MARKA UMEC12 MODEL HASTA BAŞI MONİTÖRÜ İÇİN 5 KALEM YEDEK PARÇA ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/a maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 18.05.2023 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ EKG ÖLÇÜM KABLOSU 5 LEAD			50	Adet		
2	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ SPO2 ÖLÇÜM ARA KABLOSU			50	Adet		
3	SPO2 CİHAZI ÖLÇÜM PROBU PARMAK YETİŞKİN			50	Adet		
4	HASTABAŞI MONİTÖRÜ NIBP KOL MANŞONU (NO:2)			50	Adet		
5	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ ARA KABLOSU NIBP			50	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler elden veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alım kısmi teklife kapalıdır.

HASTABAŐI MONİTÖRÜ MAŐON ARA BAĐLANTI KABLOSU TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. Mindray marka uMEC12 model cihaza birebir uyumlu olmalıdır.
2. Ürün kullanım sırasında kolayca kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
3. Ara bađlantı kablosu cihazda yanlış okumalara neden olmamalı,kalibrasyon ve testlerde başarılı bir şekilde geçmeli.
4. Ara bađlantı kablosu,HastabaŐı monitöre birebir uymalıdır.
5. Ara bađlantı kablosu maŐona ve hastabaŐı monitöre takıldıđında cihazın ölçme teknolojisine birebir uyumlu olmalıdır
6. Mindray marka uMEC12 modeline birebir uyum sađlamalıdır.
7. Ürün fabrikasyon hatalarına karşı 6 ay garanti verilebilecektir.

Rüstem AYDIN
Ađrı Devlet Hastanesi
Biyo-medikal Teknikeri

Eyüp KARTAL
Ađrı Devlet Hastanesi
Biyo-medikal Teknikeri

E. Esma UĐUZ UYAN
E. Esma UĐUZ UYAN

HASTABAŐI MONİTÖRÜ EKG KABLOSU TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. Mindray marka uMEC12 model cihaza birebir uyumlu olmalıdır.
2. Ürün kullanım sırasında kolayca kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
3. Kablonun leadlerinin renk kodları IEC standartlarında olmalıdır.
4. EKG uç kabloları kısaç tipli olmalıdır.
5. Kablo tek parça halinde enjeksiyon olmalıdır.
6. Mindray marka uMEC12 modeline birebir uyum sağlamalıdır.
7. EKG kablosu Reusable olmalıdır.
8. Ürün fabrikasyon hatalarına karşı 6 ay garanti verilebilecektir.

Rüstem AYDIN
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

Erip KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

E. Esma UĞUZ UYGUN

HASTABAŐI MONİTÖRÜ SPO2 ARA BAĐLANTI KABLOSU TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. Mindray marka uMEC12 model cihaza birebir uyumlu olmalıdır.
2. Ürün kullanım sırasında kolayca kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
3. Ubb kodu olmalıdır.
4. Orijinal olmalıdır.
5. Parmak probu cihazda yanlış okumalara neden olmamalı,kalibrasyon ve testlerde başarılı bir şekilde geçmeli.
6. Ara bađlantı kablosu,Hastabaşı monitöre birebir uymalıdır.
7. Ara bađlantı kablosu proba ve hastabaşı monitöre takıldığında cihazın ölçme teknolojisine birebir uyumlu olmalıdır
8. Mindray marka uMEC12 modeline birebir uyum sağlamalıdır.
9. Ürün fabrikasyon hatalarına karşı 6 ay garanti verilebilecektir.

Rüstem AYDIN
Ađrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

Eyüp KARTAL
Ađrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

E. Esma UĐLUZ UYGUN



HASTABAŐI MONİTÖRÜ SPO2 PARMAC PROBU TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. Mindray marka uMEC12 model cihaza birebir uyumlu olmalıdır.
2. Ürün kullanım sırasında kolayca kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
3. Ubb kodu olmalıdır.
4. Orijinal olmalıdır.
5. Parmak probu cihazda yanlış okumalara neden olmamalı, kalibrasyon ve testlerde başarılı bir şekilde geçmeli.
6. Prob, ara bağlantı kablosu ile birebir uymalıdır.
7. Prob cihazın ölçme teknolojisine birebir uyumlu olmalı.
8. Mindray marka uMEC12 modeline birebir uyum sağlamalıdır.
9. Prob kablosu Reusable olmalıdır.
10. Ürün fabrikasyon hatalarına karşı 6 ay garanti verilebilecektir.

Rüstem AYDIN
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

Eyüp KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

E. Esma UĞUZ UYGUN
Yelley

TANSİYON MANŞONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tansiyon manşonu çok kullanımlık olmalıdır.
- Yetişkin hastalar için manşon boyu kullanıcı tarafından istenilen ölçüde olmalıdır.
- Manşon üzerinde arter noktası işaret ile gösterilmelidir.
- Manşon üzerinde hangi hasta grubu olduğu belirtilmeli, manşon üzerinde yazı ile hasta cildine değecek kısım belirtilmelidir. Dış kısımda kalacak bölümde mutlaka yazı ile belirtilmelidir.
- Manşon üzerinde index çizgisi belirtilmelidir.
- Manşon üzerinde kullanım alanını gösterir range çizgileri olmalıdır.
- Manşon dış yüzeyi yıkanabilir olmalı, manşonun yapıldığı malzeme yün alaşımli yumuşak TPU olmalıdır.
- Manşon üzerinde latex içermediği belirtilmelidir.
- Manşon iç lastiksiz olup dayanıklı TPU malzeme olmalıdır. PVC veya latex içermemelidir.
- Manşonun üzerinde nasıl kullanılacağını ve nasıl takılacağı yazı ile belirtilmelidir.
- CE belgesi olmalıdır.
- Maşon hastabaşı Mindray marka uMEC12 modeline birebir uygun olmalıdır.
- Türk standartlarında olmalıdır.
- Manşon tek hat olmalıdır.
- Ürün kullanım sırasında kolayca kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
- Ürün fabrikasyon hatalarına karşı 6 ay garanti verilebilecektir.

Rüstem AYDIN
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

Eyüp KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

E. Esma UĞUR UYAN
E. Esma Uğur Uyan