

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

16.05.2023

Sayı: 574

Konu: 2 KALEM HEMODİYALİZ SOLÜSYONU (ASİDİK-BAZİK) ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 18.05.2023 saat: 10:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BİKARBONATLI KONSANTRE ASİDİK HEMODİYALİZ SOLÜSYONU 5 LT			1200	Adet		
2	BİKARBONATLI KONSANTRE BAZİK HEMODİYALİZ SOLÜSYONU 6 LT			1200	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

Teklifler elden ve mail yoluyla kabul edilecektir.

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

BİKARBONATLI KONSANTRE HEMODİYALİZ ÇÖZELTİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Primer Ambalaj Şekli:

1.1. Asit Bikarbonatlı Konsantre Hemodiyaliz Çözeltisi: 5 Lt, polietilen bidon ,emniyet kilitli kapak.

1.2. Bazik Bikarbonatlı Konsantre Hemodiyaliz Çözeltisi: 6 Lt, polietilen bidon , emniyet kilitli kapak.

1.3 Asit bikarbonat konsantre hemodiyaliz çözeltisi ve bazik bikarbonat konsantre hemodiyaliz çözeltisi bir takım oluşturacaktır.

2. Sekonder Ambalaj: Baskılı ürün etiketi.

Etiket üzerinde; ürüne ait üretim yeri, üretici firma ismi, seri numarası ,üretim ve son kullanma tarihi açıkça belirtilmelidir.

Bidonlar kullanım süresince akıtma - sızdırma yapmamalıdır.

3. Teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

4.Üretici firma K⁺ ve Ca⁺ değerlerini hastaya göre ayarlamak için çözelti verecektir. Bu çözeltilerden numunelerin yanında da verilecektir. Aksi takdirde firmanın teklifi geçersiz sayılacaktır.

5.1 litre asit bikarbonatlı konsantre hemodiyaliz çözeltisi ile 1.225 litre bazik bikarbonat konsantre hemodiyaliz çözeltisi 32.775 litre RO.Su ile seyreltildiğinde, iyon konsantrasyonları: Teklif eden firma iki cihazada uygun formülasyonda solüsyon üretimi yaptığını teklifinde belirtilmiş olmalıdır.

6.Aşağıda belirtmiş olduğumuz içeriklerin tamamından ünitemizin hasta durumuna göre isteyebilir. Bu nedenle Bu ürünlerin ÜTS barkotlarını yani ürünleri üretebildiğini ihale dosyasında belirtilmelidir. Aksi takdirde teklif değerlendirilmeyecektir.

<u>Na⁺</u>	SODYUM	<u>137 - 142 mmol / L.</u>
<u>K⁺</u>	POTASYUM	<u>1-2-3-4 mmol / L</u>
<u>Ca⁺</u>	KALSİYUM	<u>1.25 - 2 mmol/L</u>
<u>Mg⁺</u>	MAGNEZYUM	<u>0.25 - 1,5 mmol/L</u>
<u>Cl</u>	KLOR	<u>98 - 112 mmol /L</u>
<u>CH₃COO</u>	ASETAT	<u>2 -3 mmol /L olmalıdır</u>
HC03	BİKARBONAT	27 - 35 mmol /L

Menzile ÖZCAN
H. Diyaliz Sorumlusu Hemşire
E-Posta Adresi: No: 6739
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. C. İYER AKDEMİR
H. Diyaliz Sorumlusu Doktoru
D. Seritçe No: 3049
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi