

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi


SAYI : 70167892/506
KONU : Teklife Davet

16/05/2023

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **KOLTUKALTI ATEŞ ÖLÇER ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 19/05/2023 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.


Mehmet İLBOĞA
İdari Ve Mali Hizmetler Müdürü

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	KOLTUKALTI ATEŞ ÖLÇER ALIMI	20	ADET		

UYGUNDUR
16/05/2023
Dr.Bayan DEMİRTAŞ
Başhekim V.

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

KOLTUK ALTI ATEŞ ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ağız , koltukaltı ve makattan ateş ölçebilmelidir.
2. Açma kapama düğmesi ve güç tasarrufu için otomatik kapanma sistemi olmalıdır.
- 3.10 sn ile 60sn gibi süreler arasında ısıyı çabuk ölçebilir olmalıdır.
4. Otomatik kontrol özelliği olmalıdır.
5. Su geçirmez özellikte olmalıdır.
6. Ölçüm sonunda sinyal vermelidir.
7. Cam ve civa içermemelidir
8. Anti alerjik olmalıdır.
9. Düz ya da bükülebilme imkanına sahip uç kısmı olmalıdır.
10. Dezenfekte edilebilir olmalıdır.
11. Hafızası olmalıdır.
12. LCD ekran kolay okunulabilir özellikte olmalıdır.
13. Ölçüm aralığı 32,0 – 44.0 C arasında olmalıdır.
- 14.+/- 0.1 ölçüm aralığı olmalıdır.
15. Uzun ömürlü ve piller dahil olmalıdır.
16. Sesli uyarı olmalıdır.
17. Düşük pil göstergesi olmalıdır.
18. Koruyucu kapağı olmalıdır.
19. Cihazın Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.
20. En az 2 yıl garanti süresi olmalıdır.
21. Cihaz yüklenici firma tarafında tüm kontrolleri yapıldıktan sonra teslim edilmelidir.
22. Cihaz sıfır olmalı paketinde ezilme yırtık olmamalıdır.
23. Cihaz eğitimi yüklenici firma tarafından verilmelidir.
24. Cihaz ile ilgili bir problem çıktığında yüklenici firma ulaşılabilirliği kolay olmalıdır.

Mücahit YAMAN

TKY

