T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

16.05.2023

Sayı: 367
Konu: SANTRAL VENÖZ KATETER ÇİFT LÜMENLİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 23.05.2023 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	SANTRAL VENÖZ KATETER ÇİFT LÜMENLİ ,3F (5CM)			10	Adet		
						Genel Toplam	

Teklif Eden
.../.../2023
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler elden ve mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

SANTRAL VENÖZ KATATER ÇİFT LÜMENLİ 3F

1.Küçük çocuklarda santral venöz olarak ilaç tedavisi ve parenteral besleme yapılması amacı ile özel olarak imal edilmiş olmalıdır.

2.Kateter vücutta uzun süre kalabilecek ve damarı travmatize etmeyecek poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

3. Kateter seldinger tekniği ile yerleştirilmeli ve işlemde kullanılacak gerekli malzeme ile birlikte aynı ambalaj içinde olmalıdır. Yerleştirme işlemi için ayrı bir malzemeye ihtiyaç duyulmalıdır.

4. Set içerisinde;

- 1 adet 2 lümenli 3Fr poliüteran kateter,
- 1 adet 22G, 40mm uzunluğunda giriş iğnesi,
- 1 adet duz flexible uclu 50cm uzunluğunda 0,3mm kalınlığında klavuz tel,
- 2 adet 3Fr, 3cm ve 5cm uzunluğunda dilatör,
- 1 adet bistüri,
- 1 adet 24G, 19mm uzunluğunda kısa intravenöz kanül,
- 2 adet injection cap,
- 1 adet ikinci bir fiksasyon kanadı bulunmalıdır.

5. Kateter 3Fr kalınlığında olmalı ve kullanıcının isteğine göre 6cm, 8cm, 10cm, 12,5cm, 15 cm ve 20 cm seçenekleri bulunmalıdır.

6. Kateterin dış çapı 1.05mm olmalıdır.

7. Kateter üzerinde distal uçtan itibaren her 4cm'de bir işaret olmalıdır.

8. Distal lümen 22G olmalı ve akış hızı uzunluklarına orantılı olarak sırasıyla 4.4ml/min, 4.2ml/min, 3.1ml/min, 3.0ml/min, 2.3ml/mi, 1.8ml/min.

9. Distal lümen dolum hacmi 6 cm uzunluk için 0.09ml, 8 cm uzunluk için 0.08ml, 10 cm uzunluk için 0.010ml, 12,5 cm uzunluk için 0.10ml, 15 cm uzunluk için 0.11, 20 cm uzunluk için 0.15ml olmalıdır.

10. Proksimal lümen akış hızı distal lümenle aynı olup dolum hacmi 6cm için 0.09, 8 cm uzunluk için 0.08ml, 10 cm uzunluk için 0.09ml, 12,5cm uzunluk için 0.10ml, 15cm uzunluk için 0.10, 20 cm uzunluk için 0.13ml olmalıdır.

11. Set içerisinde hastanın vücuduyla temas edecek olan hiçbir malzemenin hiçbir şekilde latex, DEHP, hayvansal veya biyolojik ürün, ve Pyrogen içermiyor olması gerekir.

12. Dilatörler PP/PE materyalinden üretilmiş olmalıdır.

13. Giriş iğnesi paslanmaz çelik/ABS/PE olmalıdır.

14. Kısa IV kanül paslanmaz çelik/PP/PMMA/PA olmalıdır.

AĞRI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HAST.
Uzm. Dr. Esra BEŞER
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Neonatoloji Uzm.
Dip.tes.No:153381

YDYA Sor. Hemş.
Nuray Kardeş

15. Bistüri paslanmaz çelik/ABS/PP olmalıdır.

16. Enjektör PP olmalıdır.

17. Kateter ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için atravmatik özellikte olmalıdır. Kateter ucu farklı renk kodlu olmalıdır.

18. Kateter x-ray altında görüntülenebilmesi için radyopak olmalıdır.

19. Kateterin lümenlerinin ayırt edilebilmesi için farklı renkte hublarla belirtilmiş olmalıdır.

20. Kateter, steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir.

21. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az iki yıl milatlı olmalıdır.

22. Kateterin UBB kaydı SGK ve Bakanlık onayı olmalıdır.

23.1 adet numune getirilmesi uygundur.

AĞRI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HAST.
Uzm. Dr. Esra BEŞER
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı
Dip.tes.No: 153381

YDYO Sor. Hems.
Nuray Karakuş