

TEKLİFE DAVET

18.05.2023

Sayı: 132
Konu: DİCOM YAZILIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 25.05.2023 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Sakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DİCOM YAZILIM			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

Yazılım:

1. Cihazın aşağıdaki özelliklere sahip Windows işletim sistemleri ile uyumlu yazılımı bulunmalıdır. Yazılım ile (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) entegrasyonu çoklu kullanıcı görüntülemeye olanak vermelidir. HBYS otomasyonuna entegrasyon için gerekli dosyalar ve twain driver dosyaları idarenin bilgi işlem servisine teslim edilecektir.
2. Hastane yazılımı ile cihaz beraberinde verilen yazılım arasında olup entegrasyon sayesinde kullanıcılar çekilen görüntülere hastane otomasyonu üzerinden ulaşabilmeli, radyoloji teknisyeni çekim işlemi için tekrar hasta kaydına ihtiyaç duymamalıdır.
3. Cihaz beraberinde verilecek yazılım ile hastane otomasyon yazılımı(HBYS) arasındaki görüntü arşivlenmesi ve sorgulama v.b ile ilgili entegrasyonu yüklenici yapacaktır.
4. Firma bünyemizdeki klinik kullanıcı bilgisayarlara orijinal lisanslı yazılımı kurmak zorundadır. Ayrıca hastane otomasyonuna entegrasyonu sağlayarak kurumdaki klinik kullanıcı bilgisayarlardan röntgen görüntüleri izlenebilir olmalıdır.
5. HBYS klinik modülündeki arayüzden hastanın röntgenine başka yazılıma gerek kalmadan çağırılabilmesi ve cihaz ile verilecek yazılım üzerinden hastayı bularak görüntüyü açmalıdır.
6. Cihaz ile verilecek üretici firmaya ait orijinal lisanslı yazılım, radyoloji iletişim standartlarına sahip olması açısından; DICOM 3.0 veya üstü versiyonlara aşağıda belirtilen özelliklere haiz bir şekilde uyumlu olmalıdır. Bu husus belgelendirilmelidir
 - a. Hastane otomasyon başta olmak üzere diğer DICOM sistemlerle haberleşmek için DICOM Verification
 - b. Görüntüleri veya diğer objeleri (rapor vb) PACS'a veya iş istasyonuna göndermek için DICOM Storage
 - c. Cihazdan elde edilen görüntülerin DICOM Yazıcılara(Kuru Lazer Yazıcı) gönderilip film baskısı alınması için DICOM Print12
 - d. Görüntüleme cihazlarının hastanın detay bilgilerini ve belirlenmiş randevularını çekmesini sağlayan, tekrar ve yanlış bilgi girilmesini engelleyen DICOM Basic Worklist Management
 - e. İş istasyonunun objelerin listesini bulmasını ve PACS'dan çekmesini sağlayan DICOM Query / Retrieve12

Diş Hekimi
Abdine İZCİ
Jb100