

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

23.05.2023

Sayı:137

Konu: KOTER PLAĞI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 29.05.2023 saat: 11:00 'a kadar [patnosdh@hotmail.com](mailto:patnosdh@hotmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	KOTER PLAĞI (REUSABLE )			1	Kutu		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmannın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

## AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

### PATNOS DEVLET HASTANESİ

#### REUSABLE CAUTERY PLATE

1. Koter plağı hastanemizde kullanılan elektrokoter cihazı ile uygun olmalıdır .
2. Koter plağı reusable olmalıdır
3. Koter plağı iletkenliği ile yüksek frekans elektriksel monopolar döngüyü sağlayabilmelidir.
4. Koter plağı kablosu ile birlikte verilmelidir.
5. Kaçak akım vb hasta yanmaları önlemek amacı ile koter plağı hiçbir şekilde metal vb iletken madde içermemelidir. firma bunu taahhüt etmeli, ambalajında açıkça belirtilmiş olmalıdır.
6. Koter plağı metal vb madde içermemesi sebebi ile baldır ,kol vb uzuvlara sarılabilmeli ,süper esnek yapıda olmalıdır.
7. Koter plağının kablo uzunluğu her vakada kullanılabilmesi açısından 4,5 m uzunluğunda olmalıdır.
8. Koter plağı 8x12 cm uzunluğunda pediatrik ebatta olmalıdır.
9. 1 kutuda 3 adet olmalıdır.

Patnos Devlet Hastanesi  
Uzm.Dr. Ferid BESHIMOV  
Deri ve Zührevi Hastalıkları  
Diy. Tls. No:156187