

TEKLİFE DAVET

23.05.2023

Sayı:134

Konu: BEXEN CARDİO (REANİBEX 800) DEFİBİLATÖR CİHAZINA UYUMLU EKG KABLOSU

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 29.05.2023 saat: 11:00 'a kadar [patnosdh@hotmail.com](mailto:patnosdh@hotmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Sakir KAYA  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DEFİBRİLLATÖR CİHAZI BEXEN CORDİO (REANİBEX 800) EKG KABLOSU			2	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

## DEFİBRİLATÖR CİHAZI EKG KABLOSU TEKNİK ŞARNAMESİ

- 1.EKG Kablosu BEXEN CARDİO (REANİBEX 800) marka defibrilatör cihazı için uyumlu olmalıdır.
- 2.EKG Kablosu 5 (beş) uçlu (Lead) olmalıdır.
- 3.EKG Kablosu tek kullanımlık kendinden jelli ve yapışkan elektrodlar ile çalışabilmelidir.
- 4.EKG Kablosunun uzunluğu uçları dahil en az 3 (üç) metre olmalıdır.
- 5.EKG Kablosunun hasta bağlantı uçları kırmızı,siyah,yeşil,sarı ve beyaz renkleri ile kodlanmış olmalıdır.
- 6.EKG Kablosu üzerinde kablo uçlarındaki renklerin hangi uçlar olduğunu belirten bir etiket olmalıdır.
- 7.Numune üzerinde değerlendirilecektir.

Mahmur DEKİR  
Acil Sorumlusu