

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

24.05.2023

Sayı: 385

Konu: PARMAK TİPİ SPO2 ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.05.2023 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PULSE METRE / SPO2 / SPCO CİHAZLARI, OKSİJEN SATURASYONU ÖLÇÜM CİHAZI YETİŞKİN PARMAK STANDART TAŞINABİLİR			70	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler zarf veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

PARMAK TİPİ SPO2 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazda yüksek kalite OLED ekran bulunmalıdır.
2. En iyi kalitede olmalıdır.
3. Hafif, kompakt ve taşınabilir yapısıyla, hastane, acil servis, ambulans ve evde bakım gibi ünitelerde tüm yetişkin ve çocuk hasta gruplarında kullanıma uygun olmalıdır.
4. SpO2 ve Solunum Hızı parametrelerini ölçmekte, ekran takibi kolay yapabilmek için dönmekte, iki adet AA pille çalışma yapabilmelidir.
5. Batarya takip indikatörü bulunmalıdır.
6. Parmak nabız oksimetresi, kandaki oksijen seviyesini (SpO2) 5 saniyede doğru bir şekilde belirlemek için en son oksijen sensörü teknolojisini kullanmalıdır.
7. Ölçüm aralığı $\pm\% 2$ doğrulukla %70 – %99' olmalıdır.
8. Parmak nabız oksimetresi her parmağa sığabilmeli ve tek tuşla çalışabilmelidir.
9. Düşük veya yüksek oksijen seviyesini ve hızlı veya yavaş kalp atış hızını belirtmek için bir alarm bip sesi çıkarabilmelidir.
10. Türkiye Standartlarına uygun olmalıdır.

Rüstem AYDIN
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

Fırat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri