

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2023/56

KONU : TAŞLAMA MAKİNESİ- AKÜLÜ VIDALAMA ALETİ

24.05.2023

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Malalımı işi4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 29.05.2023 tarih saat 10:00'a kadar ,tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ebubekir GÜLMEZ
İdari Ve Yazı İşleri Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	TAŞLAMA MAKİNESİ	ADET	1		
2	AKÜLÜ VIDALAMA ALETİ	ADET	1		

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 29.05.2023 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Mal Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

- 1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.
- 2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten geçerlidir.
- 3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 4- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
- 5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza ⁽²⁾

TAŞLIÇAY DEVLET HASTANESİ 2 KALEM MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

Taşlama Makinesi Teknik Özellikleri

Giriş gücü : 750 W

Taşlama diski çapı : 115 mm

Rölanti devir sayısı : 12.000 dev/dak

Alet ölçüleri (U x G x Y) : 268 x 72 x 102 mm

Ağırlık : 1,8 kg

Boştaki devir sayısı, den : 12.000 dev/dak

Gürültü/Titreşim bilgisi

Titreşim emisyon değeri ah : Tolerans K

Üst yüzey zımparalama (kazıma) : 10,0 m/s²

1,5 m/s² : Zımpara kağıdı ile zımparalama

5,0 m/s² : 1,5 m/s²

Akülü Vidalama Aleti Teknik Şartnamesi

Cihaz Li-ion akü ve akü şarj sistemine sahip olmalıdır.

Akülerin özelliği: 12 V ve en az 1500 mAh olmalıdır.

Akü şarj süresi 1 saatten fazla olmamalıdır.

Cihaz tork ayarına imkan veren yapıda olmalıdır.

En az 15 adet tork kademesine ve 20 Nmtork değerine sahip olmalıdır.

Çelikte delme çapı en az 6 mm, Ahşapta delme çapı ise 20 mm olmalıdır.

Hareketli nokta her iki yöne de dönüş yapabilme kabiliyetine sahip olmalıdır.

İşlem yapılan noktayı aydınlatmak için LED aydınlatmaya sahip olmalıdır.

Tutamak yeri yumuşak kaplama malzemesine sahip olmalıdır.

Otomatik mil kilidine sahip olmalıdır.

Anahtarsız mandren ile kolay uç değişimi özelliği olmalıdır.

Hız ayarı imkanı veren elektronik hız ayar devresine sahip olmalıdır.

Cihazın kütlesi akü ile beraber 1 kg'ı geçmemelidir.

Teslim edilecek sistem içerisinde;

Emrullah Kaya
Teknik Destek
Personeli

2 adet Li-ion akü,

10 parça bits ucu,

Taşıma ve saklama çantası,

Aküleri şarj edecek hızlı şarj cihazı dahil olmalıdır.

Ürün kullanılmamış ve iki yıl üretici garantisi altında olmalıdır


Emrullah KAR
Teknik Destek
Personeli