

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Sayı : 95170788-
Konu : Piyasa Araştırması/ Fiyat Teklifi Verilmesi

24.05.2023

SAYIN FİRMA

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı belirtilen **5 Kalem Diş Sarf Malzeme Mal Alımı 4734** sayılı İhale Kanun'un Doğrudan Alım (MD 22D) usulü ile alımı yapılacaktır.

Bu alıma ait olarak verebileceğiniz (KDV hariç) fiyatı gösterir teklif mektubunu **26.05.2023** tarih **saat 15.00'e** kadar sağlık tesisimizin agriagizdis@gmail.com mail adresine veya **Satın Alma Birimimize** gönderilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cihan ÖZCAN
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra	Malzemenin/Hizmetin Cinsi	Nitelik	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	TOPLAM
1	AYNA SAPI		500	Adet		
2	DENTAL FREZ KUTUSU		60	Adet		
3	DENTAL PAMUK RULO		500	Adet		
4	KANAL DOLGU PATI		100	Adet		
5	GEÇİCİ KRON		150	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

- Alım Doğrudan Temin Usulünce Yapılacaktır.
- Kısmi Teklife Kapalıdır.
- Tüm Kalemlere Fiyat Teklifi Verilmesi Zorunludur
- Tüm Kalemlere Fiyat Verilmeyen Teklifler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.
- Fiyatlar Son Teklif Olarak Değerlendirilecektir.
- Fiyatlar KDV Hariç Birim Ve Toplam Fiyat Olarak Yazılacaktır.
- Söz Konusu Malzeme/Hizmet Kabul Komisyonunca Muayene Sonrası Uygunsa Kabul Edilir Ve Faturalandırılır.

Firma Yetkilisi
İmza Kaşe
.2023

Adres : Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Fırat Mahallesi, Erzurum Blv. No:249, 04200 Ağrı
Merkez/Ağrı Tel:0472 215 66 16 Fax: 0472 215 66 76 email: agriagizdis@gmail.com Bilgi: Mekin KIZGIN

1-AYNA SAPI

- 1.(Ni-cr) paslanmaz çelikten yapılmış olmalı,
- 2.Dental kullanıma uygun ve basınçlı sterilizasyona uygun üretilmiş olmalıdır. (Numuneler otoklavda denenecektir.)
- 3.Üzerinde marka ve kodu yazılmış olmalı,
4. Üzerinde temizliği zorlaştıracak girintili çıkıntılı alanlar olmamalı, tutmayı kolaylaştırmak için köşegen yapıda olmalı,
- 5.Numunesi görülecektir.
6. Alınacak olan tıbbi sarf malzemenin miadının dolmasına 3 (üç) ay kalan ürünlerin tedarikçi firmaya bildirilmesi ile tedarikçi firma tarafından fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmeksizin değişimi sağlanacaktır

2-DENTAL FREZ KUTUSU

- 1-Otoklava ve ultrasonic temizleme cihazına girebilecek, dezenfektanlardan etkilenmeyecek özellikte, paslanmaz çelikten olmalıdır.
- 2-Frez kutusu pürüzsüz olmalı ve kenarları keskin olmamalıdır.
- 3- İç içe geçen iki kapaktan oluşmalıdır.
- 4-Kutu üzerinde aeratör ve mikromotor frezlerinin yerleşebileceği uygun formda delikler olmalıdır. Kapağının ortasında kirli frez ve kanal aletlerinin kolaylıkla atılabileceği açık bir bölme olmalıdır.
- 5- İçerisindeki sıvının dökülmeden aletlerin çıkartılmasını sağlayan süzgeçli bir bölümü olmalıdır. İstenildiğinde çıkarılabilmelidir.
- 6-Kapaklı olmalıdır.
- 7-En az 4-10cm. çapında ,50-100 ml. kapasitesinde olmalıdır.

3-DENTAL PAMUK RULO

1. 600 Adetlik paketlerde ve steril olmalıdır.
2. Tükürüğü İyi emmelidir

4-KANAL DOLGU PATI

1. Kolaylıkla doldurulabilmelidir.
2. Yeterli çalışma zamanı tanınmalıdır.
3. Gerektiğinde kolayca kanaldan çıkarılabilmelidir.
4. Stabil olmalı, sertleşme esnasında ve sonrasında büzüşmemelidir.
5. Radyopak olmalı, dişi boyamamalı, mutojenik ve karsinojen olmamalıdır.
6. Bozulmadan uzun süre saklanabilmeli, pürüz olmamalıdır.
7. Kanal duvarlarına yapışmalıdır.
8. Bakterilere karşı sızdırmazlık sağlanabilmelidir.
9. Guta yerleştirilebilmelidir.
10. Ambalajında üretici firma adı, üretim tarihi ve son kullanma tarihi ve son kullanma tarihi yazmalıdır.
11. Miadı yaklaşan ürünler firma tarafından yeni miadlı ürünlerle değiştirilecektir.
12. Pasta pasta şeklinde olmalıdır.

5-GEÇİCİ KRON YAPIŞTIRICISI

- 1-A2 renklerde Baz ve t p  eklinde olmalıdır
- 2-Kutu i eriğinde karıřtırma paleti ve spatula bulunmalıdır
- 3-Y ksek esneme direnci olmalıdır
- 4-Bio-uyumluluęu olmalıdır
- 5-Minimal ısı ayarı ile pulpa dostu olmalıdır
- 6- l  i ine direkt uygulanmalıdır
- 7-Orijinal ambalajında olmalı
- 8-Ambalaj  zerinde  retim ve son kullanma tarihi bulunmalı,
- 9-Malzemenin tesliminde  zerindeki  retim ve son kullanma tarihlerine g re en az (2) iki yıllık raf  mr  olmalı.
- 10- Kullanım amacına uygun olmalı.

Fatma Akkoyun

Oktao Kizgn

Mahsum InAC
si