

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Sayı : 95170788 -

24.05.2023

Konu : Piyasa Araştırması/ Fiyat Teklifi Verilmesi

SAYIN FİRMA

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı belirtilen **8 Kalem Diş Sarf Malzeme Mal Alımı** işi 4734 Sayılı İhale Kanun'un Doğrudan Alım (MD 22D) usulü ile alımı yapılacaktır

Bu işe ait olarak verebileceğiniz (KDV hariç) fiyatı gösterir teklif mektubunu en geç **26.05.2023 Tarih ve saat 15.00'e** kadar sağlık tesisimizin **agriagizdis@gmail.com mail adresine veya Satın Alma Birimimize** gönderilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cihan ÖZCAN
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra	Malzemenin/Hizmetin Cinsi	Nitelik	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	TOPLAM
1	Mufla Briti		30	Adet		
2	Bunzen Beki		5	Adet		
3	Diş Kroşe Teli		10	Adet		
4	Okluzör		50	Adet		
5	Soğuk Akrilik Seti (Toz+Likit)		25	Adet		
6	Protez Parlatma Cilası		20	Adet		
7	Kroşe Pensi		10	Adet		
8	Mufla		30	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

- Alım Doğrudan Temin Usulüncce Yapılacaktır.
- Kısmi Teklife Kapalıdır.
- Tüm Kalemlere Fiyat Teklifi Verilmesi Zorunludur
- Tüm Kalemlere Fiyat Verilmeyen Teklifler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.
- Fiyatlar Son Teklif Olarak Değerlendirilecektir.
- Fiyatlar KDV Hariç Birim Ve Toplam Fiyat Olarak Yazılacaktır.
- Söz Konusu Malzeme/Hizmet Kabul Komisyonunca Muayene Sonrası Uygunsa Kabul Edilir Ve Faturalandırılır.

Firma Yetkilisi
İmza Kaşe
.2023

Adres : Fırat Mahallesi, Erzurum Blv. No:249, 04200 Merkez/Ağrı AĞRI Tel:0472 215 66 16 Fax: 0472 215 66 76 email: agriadsm@agriadsm.gov.tr Bilgi: Mekin KIZGIN

1-MUFLA BRİTİ

- 1-Sert ve kalın demir olup sıkıştırmada esnemeyecek ve çabuk kırılmayacak yapıda olmalıdır.
- 2-Bağlantı yerleri vidalı olmalıdır.
- 3-Numune üzerinden değerlendirilecektir

2-KALEM: BUNZEN BEKİ

- 1.Paslanmaz metalden oluşmalıdır.
2. Bekin tablası metal alaşımdan olup beki taşıyacak kadar ağır ve sağlam olmalıdır.
- 3.1. Bölüm gaz giriş bölümü,2 bölüm yanma bölmesi olmalıdır.
- 4.Bekin toplam boyu 13-15 cm arasında olmalıdır.
- 5.Gaz ayar vanası sağlam ve ısıya dayanıklı olmalıdır.
- 6.Yanma bölgesi üzerinde hava ayar vidası ve hava delikleri olmalıdır.
- 7.Bek açık mavi alev vermelidir.

3-DİŞ KROŞE TELİ

1. Paslanmaz çelikten olmalıdır. Çalışmaya imkân verecek esneklikte ve kolayca kırılmamalıdır.
2. 0,60 mm 0,75 mm seçenekleri olmalıdır.
3. Yarım yuvarlak ve tam yuvarlak seçenekleri olmalıdır.
4. Orjinal ambalajında olmalıdır.
5. Komisyon Tarafından Beğenilmelidir.

4-OKLUZÖR

- 1.Döküm şeklinde mamul olmalıdır.
- 2.Üst parçası yandan bir vida ile alt parçaya bağlanmalıdır.
- 3.Vida sıkıldığında alt ve üst parça tam olarak oturmalı, arada boşluk kalmamalıdır.
- 4.Alt ve üst alçı modeli tutan bölümleri yuvarlak ve geniş olmalıdır.
- 5.Yükseklik ayar vidası alt parçada olmalıdır.

5-SOĞUK AKRİLİK SETİ (TOZ+LİKİT)

1. Total ve parsiyal kullanımına uygun olmalıdır.
2. Non toksik ve antialerjik olmalıdır.
3. Biyolojik olarak uyumlu olmalıdır.
4. En az 500 ml'lik likit ve en az 1000 gr'lık Tozdan oluşmalıdır.
5. Çalışma süresine gelmesi en fazla 5 dk. sertleşmesinde en fazla 10 dk. olmalıdır.
6. Basınçlı fırınlarda kullanılabilmelidir.
7. Kendi kendine polimerize olabilmelidir.
8. Toz ve Likit aynı marka olmalıdır.

6-PROTEZ PARLATMA CİLASI

- 1.Total ve parsiyel protezlerin akril parlatmasında kullanılmalı
- 2.En az 100 ml 'lik tüplerde krem şeklinde olmalı
- 3.Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır
- 4 Kolay sürülebilir kıvamda olmalı toksik madde içermemelidir.

5.Cilalama sonrasında kalan artıklar kolayca uzaklaştırılabilir olmalıdır

6.Numunesi görülecektir

7. Alınacak olan tıbbi sarf malzemenin miadının dolmasına 3 (üç) ay kalan ürünlerin tedarikçi firmaya bildirilmesi ile tedarikçi firma tarafından fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmeksizin değişimi sağlanacaktır.

7-KROŞE PENŞİ

1.Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı

2.Üzerinde firma logosu ve figür numaraları olmalı

3.Sterilizasyona dayanıklı olmalı

4.Kroşe telini bükmeye uygun yapıda olmalı

8- MUFLA

1-Şekil olarak derinliği ve genişliği en büyük ark formlarına uygun olmalıdır.

2-Pirinç alaşımlarından, döküm olmalıdır.

3-Alt ve üst parçalardan oluşmalıdır.

4-Tüm parçalar ışık sızdırmayacak şekilde tam kapanmalıdır.

5-Alt ve üst kısmının kolay açılabilmesi için her iki kısım arasında açma boşlukları olmalıdır.

6-Alt tablasının derinliği üste göre daha kısa olmalıdır.

7-Alt yarısında mevcut boşluğunu (perforasyonu) kapatacak metal bir plaka olmalıdır.

8. Hastanemizdeki bitlere uyumlu olmalıdır.

Dr. Fatma Akteym

Mahmut İNAL

Aliyaz Kızı