

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

24.05.2023

**Sayı :** 95170788-

**Konu :** Piyasa Araştırması/ Fiyat Teklifi Verilmesi

**SAYIN FİRMA**

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı belirtilen **3 Kalem Diş Sarf Malzeme Mal Alımı 4734** sayılı İhale Kanun 'un Doğrudan Alım (MD 22D) usulü ile alımı yapılacaktır.

Bu alıma ait olarak verebileceğiniz (KDV hariç) fiyatı gösterir teklif mektubunu **26.05.2023** tarih **saat 15.00'e** kadar sağlık tesisimizin [agriagizdis@gmail.com](mailto:agriagizdis@gmail.com) mail adresine veya **Satın Alma Birimimize** gönderilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cihan ÖZCAN  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra	Malzemenin/Hizmetin Cinsi	Nitelik	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	TOPLAM
1	GUTTA PEARCHA AÇILI		600	Adet		
2	KALSİYUM HİDROKSİT KAİDE SİMANI		100	Adet		
3	LAK		10	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

- Alım Doğrudan Temin Usulünce Yapılacaktır.
- Kısmi Teklife Kapalıdır.
- Tüm Kalemlere Fiyat Teklifi Verilmesi Zorunludur
- Tüm Kalemlere Fiyat Verilmeyen Teklifler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.
- Fiyatlar Son Teklif Olarak Değerlendirilecektir.
- Fiyatlar KDV Hariç Birim Ve Toplam Fiyat Olarak Yazılacaktır.
- Söz Konusu Malzeme/Hizmet Kabul Komisyonunca Muayene Sonrası Uygunsa Kabul Edilir Ve Faturalandırılır.

Firma Yetkilisi  
İmza Kaşe  
.2023

Adres : Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Fırat Mahallesi, Erzurum Blv. No:249, 04200 Ağrı  
Merkez/Ağrı Tel:0472 215 66 16 Fax: 0472 215 66 76 email: [agriagizdis@gmail.com](mailto:agriagizdis@gmail.com) Bilgi: Mekin KIZGIN



### **1-GUTTA PERCHA AÇILI**

1. Orijinal ambalajında olmalıdır.
2. En az 60'lık kutularda olmalıdır.
3. Taper açısı 0.4 olmalıdır.
4. Dokuya uyumlu olmalıdır.
5. Kadmiyumsuz olmalıdır.
6. Fabrikasyon olmalıdır.
7. Ürün kutusu jelatin kaplanmış ve kutu kapağı kayar kapaklı sistem olmalıdır.
8. Ucu düzleştirilmiş olmalıdır.
9. Radyopak olmalıdır.
10. Kanal derinliğinin ölçülmesi amacıyla mm'lik derecelendirmeleri olmalıdır.
11. Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır.
12. Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir.
13. Ürün orijinal ambalajında olmalı, firma adı, üretim tarihi, barkod numarası, son kullanma tarihi okunaklı ve tahribatsız bir şekilde ambalaj üzerinde görülmelidir.
14. Son kullanma tarihi en az 24 ay olmalıdır.
15. Orijinal ambalajın üzerinde Türkçe etiket olmalıdır.

### **2-KALSİYUM HİDROKSİT KAİDE SİMANI**


1. Ürün baz ve katalizör patlarından ibaret olacak, en az 10 gr baz ve en az 10 gr katalizör şeklinde paketlenmiş olacaktır.
2. Radyopak olmalıdır. Kutu içeriğinde karıştırma kâğıdı olmalıdır.
3. Tüm restoratif materyallerin altında, direkt ve indirekt pulpa örtülmelerinde dolgu materyalinin altında astar maddesi olarak kullanıma uygun ve aside karşı dayanıklı olmalıdır. Suda ve tükürükte çözülmemelidir.
4. Sekonder dentin oluşumunu desteklemelidir.
5. Üretim tarihi ve miadı ambalaj üzerinde belirtilmeli ve miadı teslim tarihinden sonra en az 2(iki) yıl olmalıdır.
6. Ambalaj üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır.
7. Orijinal kullanma kılavuzu olmalıdır.
8. Baz ve katalizör tüpleri plastikten yapılmış olmalıdır.
9. Numunesi görülüp denenecektir.
10. Alınacak olan tıbbi sarf malzemenin miadının dolmasına 3 (üç) ay kalan ürünlerin tedarikçi firmaya bildirilmesi ile tedarikçi firma tarafından fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmeksizin değişimi sağlanacaktır.


### **3-LAK**

1. Lak, aljinat bazlı bir ayırma solüsyonu olmalı ve bu kutusunun üzerinde belirtilmelidir.
2. Kullanımı hazır olmalıdır, sulandırılmadan kullanılabilir.
3. Hızlı kurumalı, alçı model yüzeyinde ince film tabakası oluşturmalı döküm ve tamir için uygun olmalıdır.
4. Alçı ve sudan etkilenmeden ayırma işlemini tam yapmalıdır.
5. 1 Litrelik ambalajlarda olmalıdır.



6. Genzi tahriş etmemeli
7. Akışkan olmalı
8. Model yüzeyinde tortu bırakmamalı,
9. Renkli olmalı,
10. Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalı
11. Ürün orijinal ambalajında, üzerinde üretim yeri, üretici firma adı veya logosu, katalog numarası silinmeyecek şekilde yazılı olmalı,
12. Numunesi görülecektir
13. Alınacak olan tıbbi sarf malzemenin miadının dolmasına 3 (üç) ay kalan ürünlerin tedarikçi firmaya bildirilmesi ile tedarikçi firma tarafından fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmeksizin değişimi sağlanacaktır.

Fatma Akkoyun  


Olğay Keçeli  


Mahsum İZAL  
