

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
TEKLİFE DAVET

25.05.2023

Sayı: 397

Konu: ANJIYO BİRİMİ İÇİN 8 KALEM GUIDİNG KATATER ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 31.05.2023 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	GUIDİNG KATETER, 7F, AL1 SH, 100CM			10	Adet		
2	GUIDİNG KATETER, 7F, AL2 SH, 100CM			10	Adet		
3	GUIDİNG KATETER, 7F, AL3 SH, 100CM			10	Adet		
4	GUIDİNG KATETER, 6F, AL1 SH, 100CM			10	Adet		
5	GUIDİNG KATETER, 6F, AL2 SH, 100CM			10	Adet		
6	GUIDİNG KATETER, 6F, AL3 SH, 100CM			10	Adet		
7	GUIDİNG KATETER, 6F, AR1 SH, 100CM			10	Adet		
8	GUIDİNG KATETER, 6F, AR2 SH, 100CM			10	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Tlf: Fax: e\_mail: Hız.KADRIYE ÖZGENT  
Dahili:

## Guiding Katater Teknik Özellikler

1. Katater şeklini uzun süre koruyabilmesi ve back-up destek için polimer teknolojisi kullanılarak üretilmiş olmalı
2. Çift sarmal tel örgü teknolojisi sayesinde yüksek gövde performansı sergilemeli. Bu sayede kink resistance artmış olup kataterin itilabilirliği ve tork alma özelliği artırılmış olmalıdır.
3. Korenere zarar vermeyecek şekilde atraumatic uç yapısına sahip olmalıdır.
4. Kataterin lumen iç yüzeyi PTFE kaplı olmalıdır.
5. Kataterin dış yüzeyi poliüreten ile kaplı olup böylelikle damarda uzun süre şeklini muhafaza edebilmelidir.
6. Geniş iç lumen çaplarına sahip olmalıdır. 6F=0,070-7F=0,081-8F=0,091
7. 19 farklı uç şekline sahip olmalıdır.
8. Katater farklı ve çeşitli lezyonlarda kullanılabilir olmalı.
9. 500ps basınca dayanıklı olmalıdır.

Jelal Akbulut  
AA

Fahri ER  
Devlet Hastanesi  
Dr Fahri ER  
Tesis No: 165782  
Kardiyo-öngeneç Uzmanı