

TEKLİFE DAVET

26.10.2023

Sayı: 296

Konu: NST CİHAZI FETAL PROBU (US1)

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 31.10.2023 saat: 11:00 'a kadar [patnosdh@hotmail.com](mailto:patnosdh@hotmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	NST CİHAZI FETAL PROBU (US1)			1	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
PATNOS DEVLET HASTANESİ  
Malzeme Talep Formu

DÖK.KODU:MC.FR.06

Y.TARİHİ: 23.01.2012

REV.TARİHİ:07.11.2019

REV. NO:02

SAYFA NO: 1 / 1



İSTEM YAPAN BİRİM: DOĞUMHANE



İSTEM NO:

İSTEM TARİHİ :24.10.2023

SIRA NO	İSTEM YAPILAN MALZEME	MALZEMENİN KULLANILACAĞI CİHAZ KÜNYE NO	İSTENİLEN MİKTAR	KARŞILANAN MİKTAR
1	NST CİHAZIN FETAL PROBU		1 ADET	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Mevcut ihalede ve depomuzda yoktur.

İSTEM YAPAN BİRİM SORUMLUSU	TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ
TARİH :24.10.2023 AD/SOYAD:GÜLISTAN ATEŞ UNVAN :SORUMLU EBE İMZA 	TARİH : 24.10.2023 AD/SOYAD: Fatmanur ALLAHVERDİ UNVAN Biyomedikal Teknikeri İMZA 

İDARİ BİRİM	BAŞHEKİM
TARİH: 24.10.2023 AD/SOYAD: UNVAN: İMZA  Mehmet NARİN Müdür Yardımcısı Patnos Devlet Hastanesi	TARİH: 24.10.2023 AD/SOYAD: UNVAN: İMZA:  Uzm.Dr.Ayhan ÇAKIRKÖLÜ Patnos Devlet Hastanesi Dip.Tes.No:160070 Başhekim



## NST CİHAZIN FETAL PROBU ŞARTNAMESİ

1. Cihazda FHR ses şiddeti 0-6 seviye arasında dijital olarak ayarlanabilen dâhili ses çıkışı bulunmalı, tamamen sessize alınabilmeli ve ayarlanan ses şiddeti ekran üzerinden yine kademeli olarak izlenebilmelidir.
2. Cihazda alarm ses şiddeti ilgili menüden 0-6 seviyede ayarlanabilmelidir kullanıcı dilediğinde sesi kapatabilmelidir.
3. Cihazda fetal kalp atım hızı takibi için 30-250 bpm arasında ayarlanabilen görsel ve işitsel kalp atışı alarm limitleri bulunmalıdır.
4. Cihazda en az 3 farklı tipte alarm özelliği olmalı, ayarlanan limitler aşıldığında cihaz;
  - Sesli alarm tonu vermeli
  - Ekranında alarm mesajı yazılı olarak çıkmalı
  - Alarm veren ölçüm değeri yanıp sönmelidir.
5. Cihaz ekranında algılanamayan veya ölçüm alınamayan FHR yanında bir indükatör olmalı, böylece gereken durumlarda ölü fetüs monitorizasyon riski en aza indirilmelidir.
6. Cihaz alarm durumundayken 1-10 dk arasında alarm duraklatma yapılabilirdir

### HAZIRLAYAN

DOĞUMHANE SORUMLUSU

GÜLİSTAN ATES

