

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

27.10.2023

Sayı:304

Konu: HEMODİYALİZ CİHAZI SU ARITMA SİSTEMİNDE KULLANILACAK PARÇALAR.

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.11.2023 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	AKTİF KARBON 100 LİTRE			1	Adet		
2	REÇİNE 100 LİTRE			1	Adet		
3	UV LAMBASI			1	Adet		
4	SERTOVENT HAVA FİLTRESİ.			1	Adet		
5	MEMBRAN TAKOZ			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SU ARITMA SİSTEMİNDE KULLANILAN AKTİF KARBON TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Sudaki koku ve tat bileşikleri ile çözünmüş organik maddeleri tutma özelliğine sahip olmalıdır.
2. Coconat bazlı olmalıdır.
3. Yüksek gözenekliğe sahip olmalıdır.
4. Granül formunda olmalıdır.
5. Yüzey alanı en az 1000 m²/g olmalıdır.
6. Iodine numarası en az 900 mg/ olmalıdır.
7. En az % 90 18*30 ASTM olacaktır.
8. Aktif karbon yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. daha sonra aktif karbondan dolayı doğabilecek sorunlar veya arzalar yükleniciye aittir.
9. Yüklenici firma yetkili teknik servis belgesine sahip olmalıdır.
10. Yüklenici firma TSE 12426- 12843 hizmet yeterlilik belgesi İSO 13485-2016 İSO 9001 -2015 İSO 14001 2015 OHSAS 18001 2007 belgesine sahip olmalıdır.
11. Aktif karbon değiştirecek personelin su sistemleri üzerine eğitim sertifikası olmalıdır.
12. İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin yukarı da belirtilen belgelerini teklif ile birlikte sunmaları zorunludur.
13. Yüklenici firma aktif karbonu değiştireceğine dair teklifi ile birlikte taahhüt verecektir.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
Diyaliz Sorumlusu
Şahin SEVİLEN

D. Tokarkan
Chur KOS
J.K.

REÇİNE ŞARTNAMESİ

- Kuvvetli asidik kation deęiřtirici tip reçine olacaktır
- Granül formunda olacaktır.
- Konvensiyonel jel polystiren bazlı olacaktır.
- Polimer yapısı, divinil benzen yağlı polystiren olacaktır
- Tam tane sayısı minimum %90 olacaktır.
- Partikül yoğunluğu 1,3 g/ml olmalıdır
- Toplam deęiřtirme kapasitesi , Na + formunda,ıslak,volumetrik 1.9 eq/l min olacaktır
- pH aralıęı 0-14 arası olacaktır.
- Reçine yüklenici firma tarafından deęiřtirilecektir. daha sonra reçine den dolayı doęabilecek sorunlar veya arzalar yükleniciye aittir.
- Yüklenici firma TSE 12426 ve 12843 Belgesi ve İSO 13485-2016 İSO 9001-2015 İSO 14001-2015 İSO 45001-2018 belgesine sahip olmalıdır.
- Firma yetkili teknik servis belgesine sahip olmalıdır.
- Firma tarafından deęiřtirilecek sarf malzeme 1 kalite olacaktır.deęitirildikten sonra yapılan su analiz sonuçları uygun gelmedi takdirde malzemeler yenisiyle tekrar ücretsiz deęiřtirilecektir.
- Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
- İstekli firmalar Satıř sonrası servis, bakım ve onarıma iliřkin belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Aęrı İl Saęlık Müdürlüęü
Patnos Devlet Hastanesi
Diyaliz Soluma Ünitesi
Şahin SEVİLEN

D. Teknikeri
Onur KÖK

UV LAMBASI


1. UV lambasının balansı Savaşlı dijital Balast olmalıdır.ve mevcut sisteme uygun olmalıdır.
2. Dijital Balans 8000 saat sonrasında resetlenebilme özelliğine sahip olmalıdır.
3. Balans çalışma saatini ekranda gösterebilme özelliğini sahip olmalıdır.
4. UV lamba ömrü en az 8000 saat olmalıdır.
5. Uv lambası su sterilizasyonu yapabilme özelliği olmalı.
6. UV dalgaları üreten lamba dezenfeksiyon sistemi bakteri protona virüs ve küf etkenleri etkisiz hale getirebilme özelliği olmalı
7. Uv lambası olan mevcut sisteme uyumlu olmalı
8. UV yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. Daha sonra U.V den dolayı doğabilecek sorunlar veya arızalar yükleniciye aittir.
9. TSE 12426 (09.12.2016) yetkili servisler- tıbbi cihazlar- kurallar standardına uygun diyaliz ve saf su sistemlerine uygun olmalıdır.
10. Yüklenici firma Üretici firma yetkili teknik servis belgesine sahip olmalıdır.
11. Yüklenici firma TSE 12426 ve 12843 İSO 13485-2016 İSO 9001-2015 İSO 14001-2015 İSO 45001-2018 belgesine sahip olmalıdır.
12. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
13. İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgelerini Dosyalarında sunmaları zorunludur.
14. Teklif verecek firma yetkili teknik servis unvanına sahip olmalıdır.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Baznos Devlet Hastanesi
Diyaliz Sorumlusu
Şahin SEVİLEN

D. Tecenkari
Otur 105
A. K. G.

SERTOVENT HAVA FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.0,22 MİKRON ÖZELLİK ÇAPI OLMALIDIR.
2. MEVCUT SİSTEME UYUMLU OLMALIDIR.
- 3.GÖZENEK ÇAPI İNCE BAKTERİ HASASİYETİNE SAHİP OLMALIDIR.
4. YÜKLENİCİ FİRMA TSE 12426- 12843 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İSO 13485-2016 İSO 9001 -2015 İSO 14001 2015 OHSAS 18001 2007 SAHIP OLMALIDIR.
- 5.MALZEME TEKLİF VERECEK FİRMA TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLECEKTİR.
6. yüklenici firma üretici firma tarafından yetkili teknik servis belgesine sahip olmalıdır.


Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Fakülte Devlet Hastanesi
Diyaliz Sorumlusu
Şahin SEVİLEN

D. T=berber
Ozur KOF
Orkay

MEMBRAN TAKOZ ŞARTNAMESİ

- Takoz mevcut cihaza uyumlu olmalıdır
- Takoz cihaz için özel üretilmiş olacaktır
- Takoz mevcut cihazın 316 paslanmaz geçiş pimlerine entegreli olacaktır
- Takoz plastik aksamdam üretilmiş olacak ve suyun kalitesini bozmayacak kalitede olacaktır
- Membran takozların orjinal oringleri üzerinde olacaktır.
- Membran takozları yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. daha sonra tuz tankı takozdan den dolayı doğabilecek sorunlar veya arzalar yükleniciye aittir.
- Yüklenici firma TSE 12426 ve 12843 Belgesi ve İSO 13485-2016 İSO 9001-2015 İSO 14001-2015 OHSAS 18001/2007 belgesine sahip olmalıdır.
- Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
- İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
Diyaliz Servisi
Şahin SEVİLEN

D. Tebrükçeri
Onur KOS
[Signature]