

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

30.10.2023

Sayı: 867

Konu: PTCA BALON KATETER ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.11.2023 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PTCA BALON KATETERİ			50	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

PTCA, BALON KATATER (İNCE PROFİLLİ) Teknik Şartnamesi - KR1123

1. Balon kateteri semi-kompliyan özelliğinde, ince-düşük profilli olmalıdır.
2. Balon kateteri distal şaft kalınlığı proksimalde en çok 2.1 Fr., distalde ise en çok 2.4 Fr. olmalıdır.
3. 3.0 MM Balon kateteri lezyon giriş profili en çok 0.016" lezyon geçiş profili 0.021" olmalıdır.
4. Balon kateteri lezyondan rahat geçiş sağlayacak özel malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
5. Kronik total oklüzyonlarda da kullanılabilir balonun kateterinin 1.25±0,5 -4±0,5 mm ve 6-25 mm aralığında uzunluk seçenekleri olmalıdır.
6. Balon kateteri üzerinde fleksibl radiopak marker bulunmalıdır.
7. Balon kateteri şaftı içindeki tel geçiş lümen çeperi lezyondan geçişi kolaylaştırmak ve sürtünmeyi azaltıcı özellikte kaplanmış olmalıdır.
8. Balon en az 8 atm. olmak üzere yüksek basınca dayanabilecektir
9. Balon kateteri 140 - 145 cm şaft uzunluklarına sahip olmalıdır.
10. Ambalaj üzerinde Lot numarası ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
11. Numune teslim alınmadan önce değerlendirilecektir, uygun görülürse kabul edilecektir.

Uzm.Dr. Ceren YILDIRIM KARAKA
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 184971 Uzm. Tes. No: 1
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uz. Dr. Oğuzhan TUĞRUL

Uz. Dr. Oğuzhan TUĞRUL
Kardiyoloji Uzmanı
Dr. Öğr. Üyesi
Dip. Tes. No: 152507/120512
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Esma CETINKAYA
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 184971 Uzm. Tes. No: 1
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi