

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/1108
KONU : Teklife Davet

31/10/2023

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **CERRAHİ ELDİVEN UZUN KONÇLU STERİL PUDRASIZ NO:7-7,5-8 ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 02/11/2023 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	CERRAHİ ELDİVEN UZUN KONÇLU STERİL PUDRASIZ NO:7	50	ADET		
2	CERRAHİ ELDİVEN UZUN KONÇLU STERİL PUDRASIZ NO:7,5	50	ADET		
3	CERRAHİ ELDİVEN UZUN KONÇLU STERİL PUDRASIZ NO:8	50	ADET		

UYGUNDUR

31/10/2023
Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

DİYADİN DEVLET HASTANESİ

CERRAHİ ELDİVEN UZUN KONÇLU STERİL PUDRASIZ NO: 7-7,5-8 ŞARTNAMESİ

- 1.ELDİVENLER LATEKSTEN ÜRETİLMİŞ VE PUDRASIZ OLMALIDIR.
- 2.ELDİVENLER CERRAHİ AMAÇLA KULLANILMAYA ELVERİŞLİ ANATOMİK YAPIDA OLMALIDIR.
- 3.ELDİVENLER AVUÇ İÇİ VE PARMAK BÖLGERİNDE MAKSİMUM HASSASİYET SAĞLAMALI,ELLA HALAS VE KAVİTE KONTROLÜ YAPMAYA UYGUN OLMALIDIR.
- 4.ELDİVENLERİN DOKUSU DÜZGÜN OLMALIDIR.
- 5.ELDİVENLER DELİNMEYE VE YIRTILMAYA DİRİENÇLİ OLMALIDIR.
- 6.ELDİVENLERİN AMBALAJLARI SU GEÇİRMEZ ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
- 7.ELDİVENLERİN AQL DEĞERİ 1.5 OLMALI VE BU İBARE AMBALAJLAR ÜZERİNDE YER ALMALIDIR.
- 8.ELDİVENLER 93/42/ EEC DİREKTİFİNE UYGUN OLARAK ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
- 9.ELDİVENLER GAMMA STERİL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
10. STERİL ORJİNAL AMBALAJINDA OLMALI VE STERİLİZASYON ŞEKLİ,ÜRETİM TARİHİ VE SON KULLANMA TARİHİ PAKET ÜZERİNDE YAZILI OLMALIDIR.
- 11.MALZEMENİN AÇILMA İŞLEMİNİ KOLAYLAŞTIRACAK VE STERİLİTESİNİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAYACAK ÖZELLİKTE KAĞIT KISIM BULUNMALIDIR.
- 12.ÜRÜN AMBALAJI ÇİFT PAKET SİSTEMİNİNDE OLMALIDIR .İÇ PAKET SAĞ VE SOL EL İŞARETLİ OLMALI VE ELDİVENLER GİYİLENE KADAR KORUMA SAĞLAMALIDIR.
- 13.ELDİVENLER BİR ADET =1 ÇİFT OLARAK TEKLİF EDİLMELİDİR.
- 14.ELDİVENLER DİRESEK ÜZERİNE ÇIKACAK KADAR UZUN OLMALI,ELDİVENLERİN BOYU EN AZ 480(+,- 0,5)MM UZUNLUKTA OLMALIDIR.
- 15.ELDİVENLER TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ İKİ YIL MİADLI OLMALIDIR.

EİF MÜKAN
ESE