

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

31.10.2023

Sayı: 868

Konu: STERİLİZASYON BİRİMİ İÇİN CERRAHİ ALET PAS SÖKÜCÜ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 06.11.2023 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PAS SÖKÜCÜ			15	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

CERRAHİ ALET PAS SÖKÜCÜ SPREYİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pas Sökücü, toksik ve solvent içermeyen bir solüsyon olmalıdır.
2. Hazneye ve cerrahi aletlere yapışmış pasları, kireci, tortuyu temizleyebilmeli ve tekrar oluşumunu engellemeli
3. En sert korozyonun, kirlerin ve tortuların çözülmesi için özel olarak medikal amaçlı üretilmiş olmalıdır.
4. Uygulanan yüzeye zarar vermemeli ve yanıcı ve patlayıcı olmamalıdır.
5. Biyo-çözülür özelliği sayesinde sağlığa zarar verici kimyasal içermemelidir.
6. Metal, çelik, demir, cam, plastik, krom, bakır, titanyum ve diğer tüm suyla yıkanılabilen yüzeylerde kullanılabilirlidir.
7. Konsantre şekilde 5lt.'lik veya 1 lt.'lik plastik bidonlarda olmalıdır.
8. Pas sökücü otoklav, cerrahi aletler, ultrasonik temizleme ve diğer medikal yüzeylerde kullanılabilirlidir.
9. Ön ve manuel temizliğe uygun olmalıdır.
10. Cerrahi aletler %1 ile %10 oranında sulandırılan solüsyona daldırma yöntemiyle kullanılabilir olmalıdır.
11. Otoklav temizliğinde uygun olmalıdır.
12. Solüsyon oda sıcaklığında tutulabilirlidir.
13. Türk Standartlarına uygun olmalıdır.

BANU AKINCI
Hemşire

